

Oznaczenie sprawy: SZP.274.89.Pu.2024

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż i dostawę drobnego sprzętu medycznego i odczynników chemicznych na potrzeby Laboratorium Analitycznego, Bakteriologicznego i Transfuzjologicznego WSZ w Elblągu przez okres 36 miesięcy.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania z dnia 06.11.2024 r., o następującej treści:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu 1

Czy zamawiającemu w pozycji 13: „*Probówki typu Eppendorf o pojem. 1,5 ml z dnem stożkowym, z podziałką i polem opisu, białe, autoklawowalne*” chodzi o probówki transparentne czy białe nieprzejrzyste?

Czy zamawiający dopuści probówki przezroczyste?

Odpowiedź 1.

Tak, Zamawiający dopuszcza probówki przejrzyste.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu I

Czy zamawiającemu w pozycji 5: „*Pipeta automatyczna jednokanałowa **nastawna** z wydmuchem i wyrzutnikiem **stało-pojemnościowa 100 µl**, w całości autoklawowalna*” chodzi o pipetę nastawną czy stało-pojemnościową?

Odpowiedź 2.

Zamawiający miał na myśli pipetę stałopojemnościową.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu I

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w poz. 8 wymaga końcówek o pojemności 1000-5000ul?

Odpowiedź 3.

Tak, Zamawiający wymaga końcówek o pojemności 1000-5000 µl (błąd w Formularzu asortymentowo – cenowym - poprawiony).

Pytanie nr 4 dot. Pakietu I

Czy Zamawiający w poz. 13 dopuszcza probówki bezbarwne? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź 4.

Tak, Zamawiający dopuszcza probówki bezbarwne.

Pytanie nr 5 dot. Pakietu I

Czy Zamawiający w poz. 17 i 18 dopuszcza probówki o pojemności użytkowej 4ml a całkowitej 5ml?

Odpowiedź 5.

Tak, Zamawiający w poz. 17 i 18 dopuszcza probówki o pojemności użytkowej 4ml a całkowitej 5ml.

Pytanie nr 6 dot. Pakietu IV

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści probówki o pojemności użytkowej 4ml a całkowitej 5ml?

Odpowiedź 6.


Tak, Zamawiający w poz. 3 dopuszcza probówki o pojemności użytkowej 4ml a całkowitej 5ml.

Pytanie nr 7 dot. Pakietu I i IV

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź 7.

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Sekcja Zamówień Publicznych
INSPEKTOR

mgr Beata Zabrocka

Wykonano: B. Zabrocka