

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu**  
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Sekcja Zamówień Publicznych , tel. 55 2345547

01-08-2025

Elbląg .....

Oznaczenie sprawy: AS.4500.136.2025

**Do wszystkich uczestników postępowania**

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony **na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 11 pakietach przez okres 4 miesięcy dla potrzeb WSZ w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców w dniach od 29.07.2025 r. do 31.07.2025 r. pytania, o następującej treści:

**1. Pytanie do Pakietu nr 1, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**2. Pytanie do Pakietu nr 1, pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=200szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**3. Pytanie do Pakietu nr 1, pozycja 3:**

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne nakłuwacze automatyczne w dwóch rozmiarach: 23G głębokość nakłucia 1,8mm oraz 21G głębokość nakłucia 2,4mm?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem.**

**4. Pytanie do Pakietu nr 1, pozycja 3:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**5. Pytanie do Pakietu nr 1, pozycja 4:**

Czy Zamawiający dopuści dreny z kranikiem posiadające wyłącznie wyraźny optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu**  
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 55 2345547

**6. Pytanie do Pakietu nr 5, pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych wykonane z aluminium pokrytego PCV?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**7. Pytanie do Pakietu nr 5, pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych dostępne w następujących rozmiarach:

ROZMIAR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	ROZMIAR RURKI
6 Fr	2.0 mm	310 mm (±10)	250 mm (±5)	od 2,0 do 4,0
10 Fr	3.3 mm	390 mm (±10)	350 mm (±5)	od 4,5 do 6,5
14 Fr	4.7 mm	390 mm (±10)	355 mm (±5)	od 7,0 do 10,0

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**8. Pytanie do Pakietu nr 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę – Dystrybutora oferowanego asortymentu (sporządzonych na podstawie danych producenta), z których jednoznacznie będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia?. Zwracamy uwagę iż, oryginalne materiały/ foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do tak szczegółowych parametrów jak zawartych w SWZ.

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**9. Pytanie do Pakietu nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na nożyczki do obcinania paznokci o długości 9,0 cm., pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

01 SIE. 2025

dyrektor  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Elbląg