

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu**  
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 55 2345547

Elbląg 4-08-2025

Oznaczenie sprawy: SZP.274.63.Pu.2025

**Do wszystkich uczestników postępowania**

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony **na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 2 pakietach przez okres 4 miesięcy dla potrzeb WSZ w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców w dniu 30.07.2025 r. pytania, o następującej treści:

**1. Pytanie do Pakietu nr 2, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, gotowy do natychmiastowego użycia po połączeniu rękojeści i łyżki, z załadowanymi bateriami, rękojeść oraz łyżka wykonana z wytrzymałego ABS, z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; rozmiar kodowany cyfrowo; na łyżce oraz na rękojeści oznaczenie rozmiaru. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, lot. Dostępne rozmiary Mill 0- 75mm, 1-100mm, 2-130mm. Zapakowane w opakowanie papierowo-foliowe zapewniające łatwe i szybkie użycie. Produkt sterylny?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**2. Pytanie do Pakietu nr 2, pozycja 1:**

Czy zamawiający dopuści laryngoskop składający się z łyżki oraz rękojeści pakowanych w jednym opakowaniu, jednak do samodzielnego połączenia, jednorazowego użytku, gotowy do użycia po połączeniu ze sobą elementów, z załadowanymi bateriami, ze źródłem światła, rękojeść z frezami zapewniającymi pewny chwyt, łyżki metalowe ze stali nierdzewnej o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej, z silnym skupionym LED-owym źródłem światła, na łyżce wyraźne numeryczne oznaczenie rozmiaru, znak CE, na rękojeści symbol nie do powtórnego użycia, rozmiar kodowany numerycznie na łyżce oraz opakowaniu jednostkowym, opakowanie jednostkowe z wyraźnym oznaczeniem : rozmiaru, typu, nr serii, daty przydatności do użycia, termin ważności 3 lata, rozmiary Miller 00, 0, 1?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

tel. centrala (55) 239 59 00  
tel. sekretariat (55) 234 62 11  
fax. (55) 234 56 12

www.szpital.elblag.pl  
wszz@szpital.elblag.pl

NIP 578-25-17-492  
REGON 170745930  
KRS 0000003202





**3. Pytanie do Pakietu nr 2, pozycja 2:**

Czy zamawiający dopuści laryngoskop składający się z łyżki oraz rękojeści pakowanych w jednym opakowaniu, jednak do samodzielnego połączenia, jednorazowego użytku, gotowy do użycia po połączeniu ze sobą elementów, z załadowanymi bateriami, ze źródłem światła, rękojeść z frezami zapewniającymi pewny chwyt, łyżki metalowe ze stali nierdzewnej o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej, z silnym skupionym LED-owym źródłem światła, na łyżce wyraźne numeryczne oznaczenie rozmiaru, znak CE, na rękojeści symbol nie do powtórnego użycia, rozmiar kodowany numerycznie na łyżce oraz opakowaniu jednostkowym, opakowanie jednostkowe z wyraźnym oznaczeniem : rozmiaru, typu, nr serii, daty przydatności do użycia, termin ważności 3 lata, rozmiary Macintosh 2 (105mm), 3 (135mm), 4 (155mm)?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**4. Pytanie do Pakietu nr 2, pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, gotowy do natychmiastowego użycia po połączeniu rękojeści i łyżki, z załadowanymi bateriami, rękojeść oraz łyżka wykonana z wytrzymałego ABS, z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; rozmiar kodowany cyfrowo; na łyżce oraz na rękojeści oznaczenie rozmiaru. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, lot. Dostępne rozmiary Macintosh 2-120mm, 3-140mm, 4-160mm. Zapakowane w opakowanie papierowo-foliowe zapewniające łatwe i szybkie użycie. Produkt sterylizowany?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

DYREKTOR NACZELNY  
  
mgr Elżbieta Gelert