

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Elbląg dnia 02.10.2025r.

Oznaczenie sprawy: 83.Pu.2025

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2013 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na sprzedaż i dostawę kardiomonitorów z dedykowaną centralą nadzoru dla potrzeb I Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym Wojewódzkiego.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że do dnia 01.10.2025r. od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

Ad. 4. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści wymiary kardiomonitora: 350 x 250 x 180 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podany wymiar.

Ad. 12. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści 120 godzin danych trendów o rozdzielczości co najmniej 1 min, oraz 1200 godzin danych trendów o rozdzielczości co najmniej 10minut?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Ad. 27. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru +/-5mmHg mmHg?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Ad. 28. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści monitory bez wyspecyfikowanego czasu pomiaru NIBP? Czas pomiaru NIBP zależy od stanu fizjologicznego pacjenta.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy

Ad. 36. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści monitory bez wyspecyfikowanej dokładności pomiar PI?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W ELBLĄGU
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Ad. 28. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru czynności oddechowej na podstawie pomiaru SpO2 w zakresie 4-70 rpm?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Ad. 54. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści alarm bezdechu regulowany w zakresie 10 s do 40 s? Przy bezdechu trwającym 60 sekund alarm może nastąpić zbyt późno.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Ad. 60. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w zewnętrzny nadajnik do sieci bezprzewodowej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Ad. 67. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość współpracy z centralną stacją monitorującą współpracującą z kardiomonitorami modułowymi wyposażonymi w pomiar ICG, RM, CO, CO2, IBP, AG, rSO2, EEG, BIS, NMT natomiast bez pomiarów DM i UM?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Ad. 68. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści bez złącza VGA?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy

Ad. 70. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści bez automatycznej regulacji jasności ekranu?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy

Ad. 74. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści urządzenie o klasie odporności IPX1?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy.


Ad. 96. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści centralę bez analizy DM?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Ad. 99. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści system z możliwością rozbudowy o przesyłanie i odbieranie danych HL7?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Ad. 100. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści centralę współpracującą z kardiemonitorami wyposażonymi w pomiar ICG, RM, CO, CO₂, IBP, AG, rSO₂, EEG, BIS, NMT, SpO₂ w technologii minimum Nellcor i Masimo, natomiast bez pomiarów DM i UM?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

DYREKTOR NAZELAN

mgr Elżbieta Gelert

