

4. *Treść pytania: W związku z wymogiem zawartym w Programie lekowym B.6. – Leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłonna opłucnej i Zarządzeniem nr 49/2024/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 maja 2024 r., załącznik nr 7, prosimy o potwierdzenie, iż Udzielający Zamówienia obligatoryjnie wymaga posiadania i załączenia do składanej oferty aktualnych certyfikatów, potwierdzających pozytywne przejście kontroli w zakresie badań:*

- *EGFR – badanie mutacji genu EGFR (Formularz ofertowy, poz. 3)*
- *ALK - FISH – badanie rearanżacji genu ALK (Formularz ofertowy, poz. 5)*
- *ROS1-FISH badanie rearanżacji genu ROS1 (Formularz ofertowy, poz. 6)*
- *ALK – IHC - badanie antygenu ALK (Formularz ofertowy, poz. 4)*
- *PD-L1 – badanie ekspresji antygenu PD-L1 (Formularz ofertowy, poz. 2)*
- *Badanie metodą NGS nie drobnokomórkowego raka płuca – wymagana certyfikacja dla testu NGS w zakresie badania mutacji EGFR, KRAS oraz rearanżacji genów ALK i ROS1 (Formularz ofertowy, poz. 12)*

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Zgodnie z Rozdziałem X ust. 1 SWKO Udzielający Zamówienia wymaga potwierdzenia jakości wykonywania świadczeń poprzez dołączenie do oferty aktualnych na dzień składania oferty wszystkich posiadanych certyfikatów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, określonego w Rozdziale II ust. 1 SWKO. Dodatkowo do oferty załączyć należy wykaz tych certyfikatów, które stanowią część składową składanej w postępowaniu oferty, na co wskazuje treść załącznika nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy.

5. *Treść pytania: W związku z wymogiem zawartym w Programie lekowym B.144. – „Leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)” oraz Zarządzeniem nr 49/2024/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 maja 2024 r., załącznik nr 7, prosimy o potwierdzenie, iż Udzielający Zamówienia obligatoryjnie wymaga posiadania i załączenia do składanej oferty aktualnego certyfikatu, potwierdzającego pozytywne przejście kontroli w zakresie badań fuzji genów NTRK testem NGS (dotyczy Badania metodą NGS nie drobnokomórkowego raka płuca – poz.12);*

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Zgodnie z Rozdziałem X ust. 1 SWKO Udzielający Zamówienia wymaga potwierdzenia jakości wykonywania świadczeń poprzez dołączenie do oferty aktualnych na dzień składania oferty wszystkich posiadanych certyfikatów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, określonego w Rozdziale II ust. 1 SWKO. Dodatkowo do oferty załączyć należy wykaz tych certyfikatów, które stanowią część składową składanej w postępowaniu oferty, na co wskazuje treść załącznika nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy.

6. *Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z warunkami udziału w konkursie w SWKO (Rozdział VII, pkt 6), dotyczącym dołączenia do oferty certyfikatów z kontroli zewnątrzlaboratoryjnych, certyfikaty te powinny zawierać informację o zakresie badanych genów lub do certyfikatu powinien być załączony dokument, który takie informacje zawiera;*

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Udzielający zamówienia potwierdza, że dołączone do oferty certyfikaty powinny zawierać informację o zakresie badanych genów, a w razie jej braku w samej treści certyfikatu należy dołączyć do niego dokument potwierdzający zakres badanych genów. Nie dotyczy to przypadku, gdy certyfikat odnosi się do potwierdzenia jakości świadczonych usług zdrowotnych w ogólności.

7. *Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z wymogiem SWKO (Rozdział VII, pkt 6), dołączony do oferty wykaz certyfikatów, powinien przedstawić każdą kontrolę wraz z przypisanym konkretnym badaniem z numerem pozycji z Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWKO);*

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Zgodnie z Rozdziałem X ust. 1 SWKO Udzielający Zamówienia wymaga potwierdzenia jakości wykonywania świadczeń poprzez dołączenie do oferty aktualnych na dzień składania oferty wszystkich posiadanych certyfikatów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, określonego w Rozdziale II ust. 1 SWKO. Dodatkowo do oferty załączyć należy wykaz tych certyfikatów, które stanowią część składową składanej w postępowaniu oferty, na co wskazuje treść załącznika nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy.

8. Treść pytania: W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego; Zakres świadczeń wymieniony w ramach CENTRUM KOMPETENCJI RAKA JELITA GRUBEGO (Wymagania: „realizacja predykcyjnych badań genetycznych i molekularnych przez laboratorium genetyczne posiadające certyfikat europejskiego programu kontroli jakości dla biomarkera oznaczanego wskazaną metodą laboratoryjną;”), prosimy o potwierdzenie, iż Udzielający Zamówienia obligatoryjnie wymaga posiadania i załączenia do składanej oferty aktualnego certyfikatu potwierdzającego pozytywne przejście kontroli w zakresie badań:

- MSI – badanie niestabilności mikrosatelitarnej DNA – Badanie molekularne techniką PCR (Formularz ofertowy, poz. 7);

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Zgodnie z Rozdziałem X ust. 1 SWKO Udzielający Zamówienia wymaga potwierdzenia jakości wykonywania świadczeń poprzez dołączenie do oferty aktualnych na dzień składania oferty wszystkich posiadanych certyfikatów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, określonego w Rozdziale II ust. 1 SWKO. Dodatkowo do oferty załączyć należy wykaz tych certyfikatów, które stanowią część składową składanej w postępowaniu oferty, na co wskazuje treść załącznika nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy.

9. Treść pytania: Prosimy o informację, czy badanie „MSI – badanie niestabilności mikrosatelitarnej DNA – Badanie molekularne techniką PCR” (Formularz ofertowy, poz. 7), powinno być wykonywane z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej (na sekwenatorze kapilarnym), zgodnie z Zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczącymi diagnostyki i leczenia raka endometrium? (<https://ptqo.pl/archiwa/rekomendacje/zalecenia-polskiego-towarzystwa-ginekologii-onkologicznej-dotyczace-diagnostyki-i-leczenia-raka-endometrium-2023>).

Wymóg stosowania się do zaleceń polskich towarzystw naukowych zawarty jest w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 190/2023/DSOZ w uwagach do produktów rozliczeniowych dotyczących badań genetycznych w chorobach nowotworowych:

Katalog produktów do sumowania (załącznik 1)

5.53.01.0005001 Podstawowe badanie genetyczne w chorobach nowotworowych

5.53.01.0005002 Złożone badanie genetyczne w chorobach nowotworowych

5.53.01.0005003 Zaawansowane badanie genetyczne w chorobach nowotworowych

Uwagi: „zgodnie z zaleceniami postępowania diagnostycznego w nowotworach złośliwych rekomendowanymi przez polskie towarzystwa naukowe”.

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Zgodnie z Rozdziałem V ust. 1 SWKO o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych zakresem przedmiotu zamówienia oraz dysponują odpowiednim zapleczem technicznym i personelem niezbędnym do zapewnienia prawidłowej realizacji świadczeń będących przedmiotem postępowania.

Spełnianie warunków prawem wymaganych odnosi się zatem również do zaplecza technicznego, wykorzystywanego do realizacji badań objętych przedmiotem konkursu ofert.

Dodać należy, że w ramach obowiązku wyjaśnienia treści SWKO Udzielający Zamówienia zobligowany jest do dookreślenia zapisów dokumentacji konkursowej mogących budzić uzasadnione wątpliwości potencjalnych Oferentów – obowiązek ten nie obejmuje wskazywania Oferentowi na jakim sprzęcie lub za pomocą jakich środków technicznych ma realizować przedmiot zamówienia, by zapewnić wymaganą w SWKO prawidłowość jego wykonania, w szczególności jeśli Oferentem jest podmiot profesjonalnym, którego działalność obejmuje przedmiot zamówienia.

10. Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, iż Udzielający Zamówienia wymaga, by "Badanie mutacji w genie PIK3CA" (Formularz ofertowy, poz. 15) obejmowało minimum badanie mutacji: C420R, E542K, E545A, E545D, E545G, E545K, Q546E, Q546R, H1047L, H1047R i H1047Y, zgodnie ze wskazaniem Charakterystyki produktu leczniczego – alpelisib i wytycznymi Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC);

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Udzielający Zamówienia wymaga, by "Badanie mutacji w genie PIK3CA" (Formularz ofertowy, poz. 15) obejmowało minimum badanie mutacji: C420R, E542K, E545A, E545D, E545G, E545K, Q546E, Q546R, H1047L, H1047R i H1047Y.

11. Treść pytania: Prosimy o informację czy badanie „BRCA – badanie mutacji greminalnych DNA – badanie molekularne metodą NGS” (Formularz ofertowy, poz. 10) dotyczy badania pełnej sekwencji kodującej genów BRCA1 i BRCA2 metodą NGS, która powinna wykrywać zarówno proste mutacje (substytucje, niewielkie delecje, insercje), jak i duże delecje i duplikacje eksonów (CNV) w badanych genach BRCA1 i BRCA2?;

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Udzielający zamówienia potwierdza, że badanie „BRCA – badanie mutacji greminalnych DNA – badanie molekularne metodą NGS” (Formularz ofertowy, poz. 10) dotyczy badania pełnej sekwencji kodującej genów BRCA1 i BRCA2 metodą NGS, która powinna wykrywać zarówno proste mutacje (substytucje, niewielkie delecje, insercje), jak i duże delecje i duplikacje eksonów (CNV) w badanych genach BRCA1 i BRCA2.

12. Treść pytania: Z uwagi na fakt, iż zakres wykrywalnych wariantów w teście przesiewowym ma wpływ na cenę badania, prosimy o sprecyzowanie, które mutacje germinalne mają być objęte testem PCR w badaniu „BRCA – badanie mutacji greminalnych DNA – badanie molekularne techniką PCR” (Formularz ofertowy, poz. 9)? Testy mają charakter przesiewowy i ukierunkowane są na wybrane mutacje. W bazach wariantów genetycznych takich jak BIC i ClinVar zarejestrowanych jest około 6000 wariantów mutacji genów BRCA1 i BRCA2.

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Udzielający zamówienia informuje, że w formularzu ofertowo-cenowym w poz. 9 „BRCA -badanie mutacji germinalnych DNA – badanie molekularne techniką PCR” wskazać należy cenę za podstawowe badanie mutacji genów BRCA1 i BRCA2 wykonywane techniką PCR.

13. Treść pytania: Prosimy o informację czy „Badanie mutacji genu POLE” (Formularz ofertowy, poz. 14) powinno obejmować co najmniej kodony 286, 295, 297, 367, 368, 411, 424, 436, 444, 456, 459, zgodnie ze "Standardami diagnostyki genetycznej w guzach litych PTGC" opublikowanymi na stronie towarzystwa (ptgc.pl)?;

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Udzielający zamówienia potwierdza, że „Badanie mutacji genu POLE” (Formularz ofertowy, poz. 14) powinno obejmować co najmniej kodony 286, 295, 297, 367, 368, 411, 424, 436, 444, 456, 459.

14. Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, iż wymienione w Załączniku nr 1 do SWKO – Formularz ofertowy, czasy oczekiwania na wynik oraz zapisy w SWKO, rozdział X, pkt 1. Kryteria oceny ofert: „D” – dostępność [... nie dłuższym niż 14 dni..., a w przypadku badania NGS w terminie do 30 dni...] dotyczą dni roboczych;

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Opis spełniania kryterium dostępności zawarty w Rozdziale X ust. 1 SWKO odnosi się do dni kalendarzowych. Spełnienie tego kryterium oceniane będzie na podstawie oświadczenia Oferenta zawartego w treści formularza ofertowo-cenowego, w którym to Oferent zobowiązany jest samodzielnie wskazać liczbę dni, w której będzie realizował badania oraz określić czy podał dni kalendarzowe czy robocze.

15. Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie standardów jakości dla laboratoriów (Załącznik nr 3), raport z badania powinien obligatoryjnie zawierać informację dotyczącą odsetka komórek nowotworowych obecnych w analizowanym materiale;

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Zgodnie z zapisem § 2 ust. 6 wzoru umowy obowiązującego w postępowaniu 1 GEN 2025 badania laboratoryjne mają być wykonywane zgodnie ze standardami określonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia dla laboratoriów diagnostycznych.

16. Treść pytania: Prosimy o odpowiedź czy w nawiązaniu do treści ww. Rozporządzenia, sprawozdanie z badania genetycznego wykonanego z białka parafinowego powinno zawierać również podpis patomorfologa dokonującego wyboru fragmentu tkankowego oraz oceny odsetka komórek nowotworowych w badanym materiale?;

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Zgodnie z zapisem § 2 ust. 6 wzoru umowy obowiązującego w postępowaniu 1 GEN 2025 badania laboratoryjne mają być wykonywane zgodnie ze standardami określonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia dla laboratoriów diagnostycznych.

17. Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, iż dokumenty wymagane w postępowaniu, potwierdzające jakość pracy laboratorium, tj. certyfikaty wydawane w ramach europejskich programów kontroli jakości, jako dokumenty służące ocenie zgodności oferty z wymaganiami zawartymi w SWKO (Rozdział VII, pkt 6) oraz z uwagi na fakt, iż certyfikaty są jednym z kryteriów oceny ofert „J” (SWKO, rozdział X, pkt 1.), nie powinny być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i powinny pozostać jawne. Na powyższe wskazują wymagania stawiane przez NFZ, który jest organem nadzorującym realizację umów na świadczenia zdrowotne, na podstawie warunków określających wymogi dla realizujących umowy finansowe ze środków publicznych, zgodnie z Ustawą o finansowaniu świadczeń ze środków publicznych.

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Wymagane w postępowaniu certyfikaty potwierdzające jakość wykonywanych świadczeń objętych przedmiotem konkursu ofert nie mogą zostać zastrzeżone przez Oferenta do wyłącznej wiadomości Udzielającego zamówienia jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ze względu na bycie podstawą do oceny i porównania złożonych ofert w kryterium jakości w sposób transparentny dla wszystkich uczestników postępowania.

18. Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, iż badanie „RAS/BRAF – badanie w genach RAS (KARS i NRAS) oraz BRAF” (Formularz ofertowy, poz. 11) powinno obejmować pełny zakres mutacji w raku jelita grubego i być wykonane techniką sekwencjonowania?;

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Udzielający zamówienia potwierdza, że badanie „RAS/BRAF – badanie w genach RAS (KARS i NRAS) oraz BRAF” (Formularz ofertowy, poz. 11) powinno obejmować pełny zakres mutacji w raku jelita grubego i być wykonane techniką sekwencjonowania.

19. Treść pytania: Prosimy o informację kto ponosi koszty, Udzielający Zamówienia czy Przyjmujący Zamówienie, za transport materiałów do badań do laboratorium Przyjmującego Zamówienia?;

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Zgodnie z rozdziałem XI SWKO Oferent winien zaoferować ceny jednoznaczne i ostateczne, uwzględniając w cenie oferty wszystkie przewidziane koszty realizacji zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty. Wynika stąd, że w cenie oferty Oferent ująć powinien również koszt transportu materiałów do badań od Udzielającego zamówienia do laboratorium Przyjmującego zamówienie (Oferenta).

20. Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, iż zapis „badania mutacji EGFR, KRAS, RAS” (Ogłoszenie o Konkursie ofert, pkt. 2) jest omyłką pisarską i powinno brzmieć: „badania mutacji EGFR, KRAS, RAS”.

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Udzielający zamówienia potwierdza, że jest to oczywista omyłka pisarska a prawidłowym zredagowaniem powinno być: badania mutacji EGFR, KRAS, RAS.

21. Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, iż zapis „... w zakresie co najmniej genów EGFR, KRAS, BRAF, FER2, MET...” (Formularz ofertowy, poz. 12) jest omyłką pisarską i powinno brzmieć: „... w zakresie co najmniej genów EGFR, KRAS, BRAF, HER2, MET...”, zapis „... badanie w genach RAS (KARS i NRAS)...” (Formularz ofertowy, poz. 11) jest omyłką pisarską i powinno brzmieć: „... badanie w genach RAS (KRAS i NRAS)...”, zapis „...badanie mutacji greminalnych DNA...” (Formularz ofertowy, poz. 9 i 10) jest omyłką pisarską i powinno brzmieć: „...badanie mutacji germinalnych DNA...”

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Udzielający zamówienia potwierdza, że jest to oczywista omyłka pisarska a prawidłowym zredagowaniem powinno być: w zakresie co najmniej genów EGFR, KRAS, BRAF, HER2, MET; badanie w genach RAS (KRAS i NRAS); badanie mutacji germinalnych DNA.

22. Treść pytania: Prosimy o informację z jakiego materiału mają być wykonywane badania „BRCA – badanie mutacji germinalnych DNA – badanie molekularne techniką PCR” (Formularz ofertowy, poz. 9) oraz badanie „BRCA – badanie mutacji germinalnych DNA – badanie molekularne metodą NGS (Formularz ofertowy, poz. 10) ?

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Udzielający zamówienia informuje, że w badaniach „BRCA – badanie mutacji germinalnych DNA – badanie molekularne techniką PCR” (Formularz ofertowy, poz. 9) oraz badanie „BRCA – badanie mutacji germinalnych DNA – badanie molekularne metodą NGS materiałem badawczym będą próbki krwi pacjentów.

23. Treść pytania: Prosimy o informację czy Udzielający Zamówienia zmieni zapis dotyczący kar umownych (Załącznik nr 2a do SWKO, Umowa), paragraf 9, pkt. 3 na „... Udzielający zamówienie naliczy karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki”

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Udzielający zamówienia załączył do dokumentacji konkursowej obowiązujące wzory umów (załącznik 2a i załącznik 2b), które nie podlegają zmianie w trakcie trwania procedury konkursowej.

24. Treść pytania: Prosimy o informację czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na dodanie zapisu do Umowy, paragraf 9, pkt 4 (Załącznik nr 2a do SWKO, Umowa): „Nota naliczonej kary umownej będzie wskazywała termin do zapłaty przez Wykonawcę nie mniejszy niż 14 dni od dnia wystawienia noty”?

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Udzielający zamówienia załączył do dokumentacji konkursowej obowiązujące wzory umów (załącznik 2a i załącznik 2b), które nie podlegają zmianie w trakcie trwania procedury konkursowej.

25. Treść pytania: W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 1 do SWKO, Formularz ofertowy, pkt. 4 („Załącznikami do oferty są”) oraz SWKO rozdział VII („Dokumenty, które należy złożyć w postępowaniu”) prosimy o informację czy Udzielający Zamówienia wymaga dołączenia do oferty „Zaświadczenia KIDL”, „ISO – certyfikatu”, „Zaparafowanego Wzoru umowy”?

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Udzielający zamówienia wymaga dołączenia do oferty zaparafowanych obu wzorów umów obowiązujących w postępowaniu konkursowym 1 GEN 2025, zaświadczenia KIDL potwierdzającego wpis do rejestru prowadzonego przez KRDL oraz aktualnego odpisu (wyciągu) z właściwej księgi rejestrowej. Oferent, w razie posiadania, może załączyć do oferty certyfikat ISO, przy czym nie będzie on miał wpływu na ocenę oferty w kryterium jakości w zakresie wymaganych certyfikatów potwierdzających jakość oferowanych usług zdrowotnych.

26. Treść pytania: Prosimy o informację czy Udzielający Zamówienia wymaga dołączenia do oferty certyfikatów Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC), zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SWKO, Formularz ofertowy, pkt. 4, w zakresie zmian somatycznych i germinalnych ?

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Udzielający zamówienia wymaga dołączenia do oferty certyfikatów potwierdzających jakość świadczonych usług zdrowotnych, w tym posiadanych certyfikatów Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

27. Treść pytania: Prosimy o informację czy zawarcie z Przyjmującym Zamówienie dodatkowej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest warunkiem obligatoryjnym, czy też Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zawarcie w jej miejsce porozumienia regulującego zasady wymiany danych między dwoma odrębnymi administratorami danych. (Zgodnie z opinią UODO z dnia 03.06.2020, zawieranie umów powierzenia

przetwarzania danych osobowych nie jest wymagane, jeśli umowa zawierana jest pomiędzy dwoma podmiotami leczniczymi, np. szpitalem i laboratorium na wykonywanie świadczeń medycznych)?

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Zawarcie z Udzielającym zamówienia dodatkowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest warunkiem obligatoryjnym zawarcia umowy głównej. Zgodnie z treścią formularza ofertowo-cenowego zaparafowany wzór wyżej wymienionej umowy powierzenia należy dołączyć do składanej oferty.

28. Treść pytania: *W nawiązaniu do zapisów SWKO, rozdział X, pkt 1. Kryteria oceny ofert: „J”, prosimy o informację w jaki sposób Komisja Konkursowa zamierza przeprowadzić ocenę certyfikatów, które nie zawierają informacji o ocenie punktowej, a jedynie o pozytywnym lub negatywnym ukończeniu kontroli?*

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Udzielający zamówienia dokona oceny certyfikatów zawierających pozytywny lub negatywny wynik ukończenia kontroli w systemie zero-jedynkowym, co oznacza, że za posiadanie certyfikatu z wynikiem pozytywnym ofercie zostanie przyznany 1 punkt, natomiast za wynik negatywny 0 punktów.

II. W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 2 października 2025 r. dotyczące wyjaśnienia treści SWKO w postępowaniu konkursowym KOD 1 GEN 2025 Udzielający zamówienia wyjaśnia jak niżej:

Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, że Udzielający Zamówienia wymaga, aby laboratorium, w którym udzielane będą świadczenia objęte niniejszym postępowaniem było wpisane do ewidencji prowadzonej przez KRDL, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 100 ust. 1.).

Wyjaśnienie Udzielającego zamówienia: Udzielający zamówienia wymaga dołączenia do oferty zaświadczenia KIDL potwierdzającego wpis do rejestru prowadzonego przez KRDL.

ORDYNATOR
ODDZIAŁU ONKOLOGICZNEGO
[Podpis]
dr n. med. Iwona Rymiełcz-Zander
onkolog - radioterapeuta
metalista onkologii klinicznej

.....
Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej