

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Elbląg dnia 10.10.2025r.

Oznaczenie sprawy: 88.Pu.2025

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2013 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na dostawę **wózków pod aparaturę medyczną i stolików instrumentalnych Mayo w dwóch pakietach na potrzeby Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że do dnia 08.10.2025r. od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

dot. Załącznik Nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy- pakiet nr 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją w zakresie 950-1330 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach całkowitych 750x500x950-1330mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści stół o powierzchni użytkowej blatu 685x435 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

dot. § 1 ust 6

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkolenia w zakresie pakietu nr 2 ze względu na fakt iż przedmiot zamówienia dostarczany jest złożony, gotowy do użytku a jego obsługa ma charakter typowy.

Odp. W przypadku dostarczenia produktu złożonego, gotowego do użytku, zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia szkolenia

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Geler