

Znak sprawy SZP.274.101.Pu.2025

Elbląg, dnia 18.11.2025 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony **na sprzedaż i dostawę - wirówka laboratoryjna – 2 szt. dla potrzeb Medycznego Laboratorium Transfuzjologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców w dniu 17.11.2025 oraz 18.11.2025 r. pytania, o następującej treści:

1. Pytanie 1: OPZ, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści wirówkę laboratoryjną o pojemności 4 x 200 ml z wirnikiem horyzontalnym cztero-gniazdowy z pojemnikami 4 x 100 ml, pod warunkiem, że zmieszczą one wymaganą ilość probówek z pkt. 5 i 6?

Odp. 1: Zamawiający, nie wyraża zgody.

2. Pytanie 2: OPZ, pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o zakresie obrotów wirowania 500 – 16 000 obr/min i max. 5 000 obr/min dla wymaganego wirnika?

Odp. 2: Zamawiający, nie wyraża zgody.

3. Pytanie 3: OPZ, pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z menu w języku angielskim?
Menu jest proste i intuicyjne, a obsługa nie wymaga znajomości języka angielskiego.
Dodatkowo Zamawiający otrzyma wraz z wirówką instrukcję obsługi w języku polskim.

Odp. 3: Zamawiający, nie wyraża zgody.

4. Pytanie 4: OPZ, pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z czasem wirowania od 1 s. do 99 min z odliczaniem czasu od momentu wciśnięcia przycisku „START” ?

Odp. 4: Zamawiający, nie wyraża zgody.

5. Pytanie 5: OPZ, pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z 9 programami wirowania?

Odp. 5: Zamawiający, nie wyraża zgody.


6. Pytanie 6: Gwarancja, serwis

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności wykonania przeglądów serwisowych w okresie gwarancji, jeśli producent ich nie wymaga dla utrzymania gwarancji?

Odp. 6: Zamawiający, nie wyraża zgody.

7. Pytanie 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wirówek o prędkości do 20.913 x g (14.000 rpm), wraz z rotorem wychylnym o nominalnej objętości 4 x 250 ml i adapterami do probówek o średnicy do 13 mm (4x14) oraz do 16 mm (4x13), z menu w j. angielskim?

Odp. 7: Zamawiający, nie wyraża zgody.


D Y R E K T O R
ds. ekonomicznych i finansowych
Dziękuję za przesłanie
10.11.2015