


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU**  
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 55 2345547

Elbląg, dnia 22.12.2025 r.

Oznaczenie sprawy: SZP.274.109.Pu.2025

**Do wszystkich uczestników postępowania**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 26 pakietach przez okres 2 miesięcy dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców do dnia 19.12.2025 r. pytania, o następującej treści:

**Pytanie Nr 1 do Pakietu Nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki typu Mediwipes DM premium do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz niekrytycznych wyrobów medycznych nasączone płynem na bazie chlorku didecyldimetyloamonowego z dodatkiem niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Przeznaczone do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu w tym wyrobów medycznych niekrytycznych tj. główce USG, inkubatory, chusteczki w rozmiarze 12cm x 18cm konfekcjonowane w opakowaniach typu tuby + wkład po 100szt lub w rozmiarze 18cm x 20cm w opakowaniach typu flow-pack po 100szt, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 2 do Pakietu Nr 4:**

Czy zamawiający zgodzi się na rozszerzenie zakresu możliwości stosowania lejka o dodatkowy rozmiar 21 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie rozszerzy zakresu.**

**Pytanie Nr 3 do Pakietu Nr 6 poz. 3-5 i 7:**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki 2-częściowej?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga strzykawki 2 – częściowej.**

**Pytanie Nr 4 do Pakietu Nr 6 poz. 3-5 i 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek na opakowania po 100 sztuk i przeliczenie w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie Nr 5 do Pakietu Nr 6 poz. 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek 20 ml na opakowania po 50 sztuk i przeliczenie w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie Nr 6 do Pakietu Nr 6 poz. 8-10**

Proszę o dopuszczenie strzykawek na podstawie oświadczenia producenta strzykawek o kompatybilności z wymaganymi pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu pompy należy używać strzykawek. Oznaczenie takie znajduje się również na każdym opakowaniu jednostkowym strzykawki.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 7 do Pakietu Nr 2 poz. 1**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego. Produkt ten był dotychczas stosowany na oddziałach i jest znany Zamawiającemu. Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika powlekanego obustronnie polimerem dla zmniejszenia tarcia powierzchniowego, łatwego przepływu i redukcji przenoszenia zapachów z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik o długości min. 170 cm, posiadający znacznik pozycyjny w postaci czarnej kreski, niebieski marker lokalizacji pierścienia uszczelniającego w RTG, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego w kolorze białym, port irygacyjny w kolorze niebieskim oraz port do pobierania próbek stolca z zastawką i zatyczką. Port do wypełniania pierścienia uszczelniającego z wbudowanym zaworem redukcji pojemności wody do max. 45 ml. Podstawa montażowa do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową. Worek zbiorczy o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz zaślepką na zawieszce. W worku zbiorczym wkładka żelująca zawartość (wykonana z papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu) dodatkowo zabezpiecza przed wylaniem zawartości na zewnątrz. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz zaślepką na zawieszce, 3 dodatkowe zaślepki na cewnik zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, zestaw 5 samoprzylepnych etykiet do opisu produktu wg potrzeb użytkownika, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 8 do Pakietu Nr 2 poz. 2**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego: Worki zbiorcze o pojemności 1500ml do systemu kontrolowanej zbiórki stolca. Worki posiadające super chłonną wkładkę żelującą zawartość (wykonana z papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu), filtr z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostronnie przezroczyste z zabezpieczeniem przed wylaniem zawartości w postaci zaślepki na zawieszce. W opakowaniu 10 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 9 do Pakietu Nr 4**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego Czepek do mycia głowy z właściwościami antybakteryjnymi nie wymagający dodatkowego namaczania głowy. Zapewnia ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów oraz dezynfekcję. Czepek ma działanie antybakteryjne wobec bakterii: E.coli, Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis and Enterobacter aerogenes Cechy: - wolny od alkoholu, perfum - zawiera wodę, wyciągi

ziołowe - zawiera środek antybakteryjny: Chlorek Didecyldimetyloamoniowy w stężeniu 0,4%, Diglukonian Chlorheksydydny w stężeniu 0,3% - na opakowaniu widoczna informacja o możliwości podgrzania w kuchence mikrofalowej - zapewnia szampon i odżywkę w jednym - włókno wiskozowe i poliestrowe z powłoką polietylenową - pakowany pojedynczo.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przedmiotowy pakiet nie zawiera takiego przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie Nr 10 do Pakietu Nr 19**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego Sterylny, zamknięty system drenażu / zbiórki moczu o całkowitej objętości 2000ml. Zawiera port do pobierania próbek z wentylacją, który umożliwia pobranie próbki moczu za pomocą strzykawki z końcówką Luer-Lock. Komora bezpieczeństwa (komora kroplową Pasteura), która zapobiega przenoszeniu się patogenów z worka do drenu łączącego. Dren łączący o długości 120 cm, z zaciskiem oraz zaczepem do mocowania, wbudowana zastawka bezzwrotna, filtr bakteryjno-wentylacyjny, dolny spust worka do obsługi jedną dłonią. Worek skalowany na zewnętrznej stronie. Możliwość zawieszenia worka na wieszaku/ haczyku, pasek do mocowania.

**Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 11 do Pakietu Nr 5**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy średnica kanału roboczego endoskopu jest równoznaczna średniej średnicy wewnętrznej kanału roboczego oraz średnica zewnętrzna części roboczej jest równoznaczna minimalnej średnicy zewnętrznej części roboczej?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest określony w zakresie wymaganych średnic.**

**Pytanie Nr 12 do Pakietu Nr 5**

Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia ilość 8 sztuk. Informujemy, że oferowany przez nas produkt występuje wyłącznie w opakowaniach handlowych po 5 sztuk. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 2 opakowań handlowych (łącznie 10 sztuk) w celu spełnienia wymagań postępowania?

**Odpowiedź: Zamawiający, dopuści pełne opakowanie zbiorcze o łącznej ilości 10 sztuk.**

**Pytanie Nr 13 do Pakietu Nr 17**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na Zestaw do nefrostomii:

- cewnik „J”, rozm 8F oraz 9F / dł. 45cm zintegrowany z łącznikiem do worka na mocz,
- prowadnik „J” typu Lunderguista,
- igła 2-częściowa 18G / 20 cm,
- zestaw rozszerzadeł,
- rozszerzacz z transparentną, rozrywalną koszulką,
- skalpel z długim uchwytem,
- kołnierz mocujący

**Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 14 do Pakietu Nr 17**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu z cewnikiem pigtail 8 Fr, pozostałe właściwości według opisu.

**Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 15 do Pakietu Nr 17**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu z cewnikiem pigtail 10 Fr, pozostałe właściwości według opisu.

**Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 16 do Pakietu Nr 21**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania prowadnicę do intubacji sterylną w trzech rozmiarach:

2,5 - 4,5

4,0 - 6,0

>5

**Odpowiedź: Zamawiający, określił rozmiary jakie wymaga.**

**Pytanie Nr 17 do Pakietu Nr 9**

Prosimy o dopuszczenie: Elektrody neutralnej dla dorosłych i dzieci, dzielonej REM, hydrożelowej, rozmiar 150x120 mm, powierzchnia całkowita 153 cm<sup>2</sup>, powierzchnia przewodząca 104 cm<sup>2</sup>, złącze szer. 23 mm x dł. 22 mm, na podkładzie z pianki o grubości 1,1, z hydrożelem o grubości 0,635 mm impedancja <50 Ohm w zakresie częstotliwości od 200 kHz do 5MHz, max. wzrost temp. < 6°C, pakowane w saszetkach po 5 szt., op. zbiorcze =100 szt.( 20 saszetek po 5 szt.) Prosimy o odstępianie od wymogu pierścienia bezpieczeństwa. Wykonana zgodnie z normami IEC 60601-1:1995, IEC 60601-2-2:2006.

**Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 18 do Pakietu Nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści System do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Niesterylne
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawka 60ml, 2x przyklepne opatrunki
- Możliwość użytkowania systemu przez 29 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 19 do Pakietu Nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 2000 ml skalowane co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, mikrobiologicznie czyste?

**Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 20 do Pakietu Nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worki pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 21 do Pakietu Nr 3 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści instrukcję użycia w formie opisowej?

**Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 22 do Pakietu Nr 10 poz.1 i 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „przewodnik umożliwiający wymianę rurki, tzn. samoblokujący się mandryn umieszczony w świetle rurki z otworem na prowadnicę Seldingera” i dopuści standardową prowadnicę do rurki?

**Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 23 do Pakietu Nr 10 poz.1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści standardową etykietę zamiast naklejki na opakowaniu?

**Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 24 do Pakietu Nr 9**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalna dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazowa, dzielona symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm<sup>2</sup>, powierzchnia czynna 105 cm<sup>2</sup>, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo. Elektrody są kompatybilne z diatermiami ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIADE. Zgodnie z załączoną poniższą kartą katalogową.

**Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.**

DYREKTOR NACZELNY

.....  
mgr Elżbieta Galus  
(data i podpis Zamawiającego)

