


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W ELBLĄGU
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 55 2345547

Elbląg, dnia 27.03.2026 r.

Oznaczenie sprawy: AS.4500.46.2026

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp na sprzedaż i dostawę systemu taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu dla potrzeb oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespołony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców do dnia 26.03.2026 r. pytania, o następującej treści:

Pytanie Nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów umowy w paragrafie 6 (załącznik nr 3). Nie została określona wysokość kary za nieterminową dostawą asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wysokość kary za nieterminową dostawę wynosi 1%.

Pytanie Nr 2:

Czy Zamawiający dopuści taśmę Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 μm ; porowatość max.: 2314 μm ; grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 μm , gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), która zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie we wszystkich kierunkach, co zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy?

oraz

1szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, z niebieską metalową rączką do zakładania metodą załonową (TVT) ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TVT.

Elastyczna i odporna na rozciąganie, makroporowata, wykonana z niewchłaniającego polipropylenu monofilamentowego w technologii bezwęzłowej z pamięcią kształtu.

Parametry techniczne (przy każdym parametrze dopuszcza się odchylenie w granicach 5%):

- szerokość: 1,2 cm
- długość: 43 cm
- porowatość: 55%

- przestrzenie międzywłóknowe 75-2073 μm
- grubość: 0,47 mm
- gramatura: 60 g/m²

Taśma posiada wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów niebieską nicią. Końce taśmy są zwężone i zakończone pętlami do podłączenia igieł oraz zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki.

W zestawie znajdują się narzędzia jednorazowego użytku do implantacji z dostępu załonowego (TVT).

System całkowicie jednorazowy, sterylny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 4:

Czy Zamawiający dopuści sterylną taśmę do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Implantowana beznapięciowo pod cewką moczową.

- Materiał: tkany polipropylen monofilamentowy typu 1a.
- Tytanizowana, hydrofilową powierzchnią zapewnia lepszą integrację tkankową i zmniejsza ryzyko wystąpienia stanów zapalnych.
- Wymiary: 1,5 cm x 50 cm, zwężane brzegi taśmy .
- Taśma ultra lekka, gramatura: 35 g/m²
- Wielkość porów: 1mm.
- Atraumatyczne, laserowo cięte brzegi taśmy.
- 100% biokompatybilna, niewchłaniałna.
- Dostępna w dwóch wariantach: o niskiej i wysokiej elastyczności
- Do implantacji taśmy służą narzędzia wielorazowego użytku

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 5:

Czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą załonową metodą "inside out".

Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły. Taśma cięta laserowo.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR NACZELNY

(data / podpis Zamawiającego)