

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W ELBLĄGU**  
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 55 2345547

Znak sprawy: SZP.274.19.2026

Elbląg, dnia 10.04.2026 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt.1 *a contrario* Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp na **wykonanie usługi serwisowej i napraw: cyfrowego aparatu RTG typu telekomando EIDOS RF439 nr ser 00937 w Zakładzie Radiologii w okresie 24 miesięcy** dla potrzeb WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców do dnia 07.04.2026 r. pytania o następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

**Zaproszenie, Rozdział I Warunki realizacji pkt 3:**

Diagnostyka techniczna w odpowiedzi na zgłoszenie awarii przeprowadzana w miejscu świadczenia usług, reakcja na zgłoszenie maksymalnie 2 dni robocze.

**załącznik nr 1 do zaproszenia pkt 1 tiret trzecie:**

Diagnostyka techniczna w odpowiedzi na zgłoszenia awarii przeprowadzana w miejscu świadczenia usług, reakcja na zgłoszenie max 2 dni robocze.

**załącznik nr 2 do zaproszenia pkt V zdanie pierwsze oraz załącznik nr 3 do zaproszenia, par. 2 ust. 2 zdanie pierwsze:**

Diagnostyka techniczna w odpowiedzi na zgłoszenie awarii przeprowadzana w miejscu świadczenia usług, reakcja na zgłoszenie ..... dni robocze (maksymalnie 2 dni robocze).

**Prosimy o wyrażenie zgody na przeprowadzanie diagnostyk technicznych w miejscu świadczenia usług do 72 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia.**

Wyjaśniamy, że przed wizytą serwisu przy aparacie RTG, Wykonawca podejmuje niezbędne czynności mające na celu weryfikację i analizę zgłoszonej awarii, celem właściwego przygotowania do fizycznej wizyty serwisu przy aparacie RTG. Wielokrotnie wymagają one wnikliwej analizy i konsultacji z producentem aparatu RTG.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 2**

**Zaproszenie, Rozdział I Warunki realizacji pkt 6 zdanie pierwsze oraz załącznik nr 3 do zaproszenia, par. 4 ust. 1 zdanie pierwsze:**

Zapłata ryczałtowa za wykonaną usługę za dany miesiąc nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie min. 30 dni kalendarzowych od daty wykonania usługi w danym miesiącu oraz nadania fakturze numery przez system KSeF.(...)

**oraz załącznik nr 2 do zaproszenia, pkt IV lit. a) zdanie pierwsze:**

Zapłata ryczałtowa za wykonaną usługę za dany miesiąc nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie ..... min. 30 dni kalendarzowych od daty wykonania usługi w danym miesiącu oraz nadania fakturze numeru przez system KSeF.

**Biorąc pod uwagę, że umowa rozliczana jest z zastosowaniem miesięcznej stawki ryczałtowej (ustalonej z góry, niezależnie od ilości wizyt serwisu przy aparacie RTG), prosimy o modyfikację zapisu w sposób jak niżej:**

Zapłata ryczałtowa za wykonaną usługę za dany miesiąc nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie min. 30 dni kalendarzowych od daty faktury wystawianej przez system KSeF w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca trwania umowy.(...)

**Odpowiedź: Tak, Zmawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie nr 3**

**Załącznik nr 1 do zaproszenia pkt 1 tiret siódme:**

Zakres obsługi sprzętu: (...) Materiały eksploatacyjne i zużywalne ( jak np. baterie , akumulatory).

**Prosimy o potwierdzenie, że dla materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych (jak np. baterie, akumulatory) będą miały zastosowanie zapisy przedmiotowego zaproszenia odnoszące się do części zamiennych, tj. wymiana materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych będzie realizowana na podstawie odrębnego zamawiania do odrębnej oferty cenowej Wykonawcy.**

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza dla części zamiennych.**

### **Pytanie nr 4**

**Załącznik nr 2 do zaproszenia pkt I ppkt 5**

**Prosimy o odstąpienie od wskazywania nr faksu.**

Prosimy o powyższe, ponieważ większość Wykonawców zrezygnowała z korzystania z faksu. Zgłoszenia przesyłane drogą e-mail docierają natychmiast do osób odpowiedzialnych za ich przetwarzanie bez względu na ich lokalizację, co pozwala na szybszą reakcję względem zgłoszeń wysyłanych na faks.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu wskazywania faksu.**

### **Pytanie nr 5**

**Załącznik nr 3 do zaproszenia, par. 8 ust. 1:**

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie poszczególnych elementów umowy w wysokości: 1% wartości brutto umowy za każdy stwierdzony przypadek o których mowa w § 1 ust. 2 oraz z tytułu niezachowania terminów o których mowa w § 2 ust. 2.

**Prosimy o redukcję kar, o których mowa w załączniku nr 3 do zaproszenia, par. 8 ust. 1, z 1% do 0,02% wartości umowy netto.**

Kara w obecnym brzmieniu jest wygórowana. Wyjaśniamy jednocześnie, że ryzyko wystąpienia kar, Wykonawcy uwzględniają w składanej ofercie, dlatego kara w obecnym brzmieniu może skutkować wzrostem ceny oferty i przekroczeniem budżetu Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji wysokości kar umownych w par. 8 ust. 1 z 1% na 0,5%.**

**Pytanie nr 6**

**Załącznik nr 3 do zaproszenia, par. 8 ust. 3:**

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.

**Prosimy o zmianę zapisu uwzględniającego maksymalną wysokość odszkodowania do 20% wartości umowy netto.**

Wyjaśniamy, że ryzyko wystąpienia kar, Wykonawcy uwzględniają w składanej ofercie, dlatego kara w obecnym brzmieniu może skutkować wzrostem ceny i przekroczeniem budżetu Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis umowy.**

1 0 KWI. 2026

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu  
DYREKTOR  
ds. ekonomiczno - finansowych  
Piotr Tomaszewski  
2 sep.  
1 (data i podpis Zamawiającego)

1

