


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 55 2345547

Elbląg, dnia 15.04.2026 r.

Oznaczenie sprawy: AS.4500.72.2026

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp na dostawę systemu ssąco-irygacyjnego do operacji robotycznych posiadających kaniulę z włókna szklanego i protez naczyniowych rozciągliwych o standardowej grubości wraz z dedykowanymi materiałami szewnymi w 2 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców do dnia 14.04.2026 r. pytania, o następującej treści:

Pytanie Nr 1 do Pakietu Nr 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania systemu ssąco-irygacyjnego laparoskopowego i do operacji robotycznych o średnicy zew. 9,3 mm oraz średnicy wew. 6,3 mm jako równoważnych do wymaganych w SWZ o średnicy zew. 9,5mm/ wew. 6,4 mm. Wszystkie pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/wym średnice.

15 KWI. 2026

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
DYREKTOR
ds. ekonomiczno - finansowych

Piotr Tomaszewski
Piotr Tomaszewski

(data i podpis Zamawiającego)