


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 55 2345547

Oznaczenie sprawy: SZP.274.24.Pu.2026

Elbląg, dnia 23.04.2026 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp na dostawę 40 sztuk materacy przeciwoleżynowych dla Oddziałów Szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców do dnia 22.04.2026 r. pytania, o następującej treści:

Pytanie Nr 1 do OPZ pkt 2 i 20 :

Czy Zamawiający dopuści materac z regulacją cykli 5,10 lub 20 minut, w którym co trzecia komora jest pompowana i odpompowywana?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 2 do OPZ pkt 3 :

Czy Zamawiający dopuści materac z większą ilością komór statycznych w strefie głowy niż wymagana tj. 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3 do OPZ pkt 6 :

Czy Zamawiający dopuści pompę bez wskaźnika ciśnienia? Oferowana przez nas pompa pozwala na wprowadzenie wagi pacjenta, na której to podstawie pompa dopasowuje samodzielnie właściwe ciśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 4 do OPZ pkt 14 :

Czy Zamawiający dopuści materac z wagą 5,9 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 5 do OPZ pkt 15 :

Czy Zamawiający dopuści pompę z wagą 3,4 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 6 do OPZ pkt 19:

Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200x90x13 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

23 KWI. 2026

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
DYREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych

Piotr Tomaszewski

(data i podpis Zamawiającego)

