

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W ELBLĄGU  
82-300 ELBLĄG, ul. KRÓLEWIECKA 146

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

### **NA DOSTAWĘ W CZTERECH PAKIETACH**

Pakiet Nr 1 – łóżka szpitalne elektryczne w ilości 6 szt.

Pakiet Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej w ilości 6 szt.

Pakiet Nr 3 – łóżko ortopedyczne z ramą w ilości 1 szt.

Pakiet Nr 4 – łóżka rehabilitacyjne w ilości 2 szt.

wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla personelu medycznego i obsługi technicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu.

w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości poniżej 207.000 EURO

tj. poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 (Dz. U. poz. 1735 z dnia 31.12.2013 r.) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

Znak sprawy 41/2014

**Elbląg, 22 sierpień 2014 r**

## **1. Zamawiający**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82 – 300 Elbląg określany dalej jako Zamawiający

NIP 578 25 17 492 REGON 170 745 930

[www.szpital.elblag.pl](http://www.szpital.elblag.pl);

zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

1.1 dostawę i oddanie do bieżącej eksploatacji:

a) Pakiet Nr 1 – łóżka szpitalne elektryczne w ilości 6 szt. (CPV 33.19.21.20-9)

b) Pakiet Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej w ilości 6 szt. (33.19.21.00-3)

c) Pakiet Nr 3 – łóżko ortopedyczne z ramą w ilości 1 szt. (CPV 33.19.21.10-6)

d) Pakiet Nr 4 – łóżka rehabilitacyjne w ilości 2 szt. CPV (33.19.21.00-3)

- dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

1.2 przeprowadzenie szkoleń ( CPV 79.63.20.00-3) na koszt Wykonawców w zakresie obsługi w/w sprzętu dla personelu medycznego WSzZ oraz pracowników obsługi technicznej WSzZ w Elblągu.

## **2. Tryb udzielania zamówienia**

***przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 Euro***

Podstawa prawna

1. Art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.
4. Zamawiający nie udziela przedpłat i zaliczek na realizację zamówienia.

## **3. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:

1.1.dostawa i oddanie do bieżącej eksploatacji:

- a) pakiet Nr 1 - łóżka szpitalne elektryczne w ilości 6 szt. których wymagane (graniczne) parametry techniczne, wyposażenie oraz warunki gwarancji/ serwisu/ szkolenia przedstawiono w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
- b) Pakiet Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej w ilości 6 szt., których wymagane (graniczne) parametry techniczne, wyposażenie oraz warunki gwarancji/ serwisu/szkolenia przedstawiono w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
- c) Pakiet Nr 3 – łóżko ortopedyczne z ramą w ilości 1 szt., którego wymagane (graniczne) parametry techniczne, wyposażenie oraz warunki gwarancji/ serwisu/ szkolenia przedstawiono w Załączniku Nr 3 do SIWZ.
- d) Pakiet Nr 4 – łóżka rehabilitacyjne w ilości 2 szt., których wymagane (graniczne) parametry techniczne, wyposażenie oraz warunki gwarancji/ serwisu/ szkolenia przedstawiono w Załączniku Nr 4 do SIWZ.

1.2 przeprowadzenie szkoleń na koszt Wykonawców w zakresie obsługi w/w sprzętu dla personelu medycznego WSzZ oraz pracowników obsługi technicznej WSzZ w Elblągu.

2. Wyszpecyfikowany przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie przetargowej musi być fabrycznie nowy – rok produkcji 2014r., kompletny pod względem sprzętowym i po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i

używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010)

4. Warunki płatności: odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku, płatność przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie min. 30 dni licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia oraz podpisania przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się jeden pełny pakiet.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:
  - a) że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
  - b) strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia ceny urządzenia
  - c) ilekroć następuje zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zmiana stawki podatku VAT (zmianie ulega tylko cena brutto, cena netto nie ulega zmianie)
  - d) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku urządzenia będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego i na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba, że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.
9. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w pkt. 8 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.
10. Aneks zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przesłany z co najmniej 7 –dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią.
11. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

#### **4. Termin wykonania zamówienia.**

1. Wykonawca własnym transportem lub wynajętym na swój koszt i ryzyko dostarczy, zainstaluje i przekaze Zamawiającemu przedmiot zamówienia do bieżącej eksploatacji w terminie max. 12 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie w zakresie obsługi sprzętu dla personelu medycznego WSzZ oraz pracowników obsługi technicznej WSzZ w terminie max. do 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania urządzenia do bieżącej eksploatacji

#### **5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia.**

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  - 5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  - 5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
  - 5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
  - 5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.2. W celu oceny spełnienia warunków udziału opisanych w pkt. 5.1. SIWZ Wykonawca załączy do oferty Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi **załącznik Nr 6 do SIWZ**.

5.3. W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, jeżeli Wykonawca odpowiednio wykaze, że:

- nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert Wykonawca posiada aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
- nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
- sąd nie orzekł wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- nie otwarto w stosunku do Wykonawcy likwidacji lub nie ogłoszono jego upadłości chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarł on układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- wykonawcy będący osobami fizycznymi nie są prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
- wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz lub urzędujący członek organu zarządzającego wchodzący z skład spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 6 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

5.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

**6. Dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. z 2013 r. poz. 231 ) oraz inne dokumenty i oświadczenia.**

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

**6.1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału określonych w pkt. 5.1, których opis sposobu oceny spełnienia został przedstawiony przez Zamawiającego w pkt. 5.2 SIWZ Zamawiający żąda dokumentu:**

1. Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi **załącznik Nr 6 do SIWZ**.

**6.2. W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:**

1. Oryginału oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 7 do SIWZ**.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo ofert
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**6.3. W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:**

1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - informację / oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ.

**Uwaga:**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2. ppkt. 2,3,4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4 pkt. 1 lit. a i c SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
3. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.4 ppkt. 1 lit. b SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4. ppkt 1 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 6.4 ppkt. 2 i 3 SIWZ stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

**6.5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:**

1. Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010r.) dla oferowanego przedmiotu zamówienia – dot. całego asortymentu
2. Certyfikat lub inny dokument potwierdzający posiadanie znaku CE – dot. całego asortymentu
3. Opisu zaoferowanego przedmiotu zamówienia – polskojęzyczne katalogi, foldery ulotki itp. z których jednoznacznie wynika, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagane przez Zamawiającego parametry graniczne określone odpowiednio w załącznikach od Nr 1 do Nr 4 do SIWZ – stosownie do zakresu złożonej oferty

**6.6. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:**

1. Wypełniony formularz ofertowy – **Załącznik nr 5 do SIWZ.**
2. Wypełniona specyfikacja techniczna ( parametry wymagane):
  - w zakresie pakietu Nr 1– **Załącznik Nr 1 do SIWZ**
  - w zakresie pakietu Nr 2– **Załącznik Nr 2 do SIWZ**
  - w zakresie pakietu Nr 3– **Załącznik Nr 3 do SIWZ**
  - w zakresie pakietu Nr 4– **Załącznik Nr 4 do SIWZ**
3. Wypełniona szczegółowa specyfikacja dostawy:
  - w zakresie pakietu Nr 1– **Załącznik Nr 1A do SIWZ**
  - w zakresie pakietu Nr 2– **Załącznik Nr 2A do SIWZ**
  - w zakresie pakietu Nr 3– **Załącznik Nr 3A do SIWZ**
  - w zakresie pakietu Nr 4– **Załącznik Nr 4A do SIWZ**
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy sprzedaży stanowiącej **Załącznik Nr 9 do SIWZ** zgodnie z treścią oferty.
7. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy /nie powierzy podwykonawcom.
8. Wykaz wszystkich dokumentów – spis zawartości złożonej oferty.

**6.7. Oferta wspólna**

1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione

do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik”.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

## **7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie**.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia **18.08.2014 r.**, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się na tej stronie
7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## **8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:**

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest P. Piotr Rynkowski – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych W.Sz.Z., tel. 55 234 55 47, godz. w których udziela się informacji dot. przetargu od 7.30 - 15.00

## **9. Termin związania ofertą:**

Wykonawca związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

## 10. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod uwagę.
2. Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” (w załączeniu załącznik Nr 5 do SIWZ) wraz z wypełnionymi załącznikami Nr 1,1A i/lub Nr 2,2A i/lub 3,3A i/lub 4,4A do SIWZ.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną własną ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelna techniką. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę (upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz) .
5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach należy umieścić w dwóch zapieczętowanych kopertach (opakowaniach): zewnętrznej i wewnętrznej; opatrzonych danymi Wykonawcy.
6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:  
**„OFERTA dla W.Sz.Z w Elblągu na dostawę łóżek i wózków w czterech pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu” – nie otwierać przed dniem 28.08.2014 r. godz. 10<sup>30</sup>.**
7. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Załączników – formularzy, jakie zostały przedstawione w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie wydruku komputerowego zgodnie z wzorami formularzy ze SIWZ.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
9. Wykonawcy nie spełniających warunków określonych w art.22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną wykluczeni z postępowania.
10. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert .

## 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 10.5 i 10.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia **28.08.2014 r. do godz. 10.<sup>00</sup>** w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).

### Zmiany lub wycofanie ofert.

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert, każdy Wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie według takich samych zasad, jak składanie oferty tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”

**Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.**

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **28.08.2014 r. godz. 10.30** w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia i

Zamówień Publicznych, pok. 068 ( niski parter ) Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, warunków płatności , terminów gwarancji i dostawy zawarte w ofertach.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający na jego wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.

## **12. Opis sposobu obliczania ceny**

1. Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN i podana do dwóch miejsc po przecinku oraz powinna obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę dla kompleksowej realizacji przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawca zaokrągla wartość brutto w wierszu w sposób matematyczny, tj. do pełnych groszy w dół ( do 55 groszy) oraz do pełnych groszy w górę (55 groszy i więcej).
3. Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie wypełnionych arkusza asortymentowo cenowych ( szczegółowe specyfikacje dostawy ) stanowiąc załącznik Nr 1A i/lub 2A i/lub 3A i/lub 4A do SIWZ.

Instrukcja obliczenia ceny znajduje się w tabelach asortymentowo-cenowych (Załącznik Nr 1A i/lub 2A i/lub 3A i/lub 4A do SIWZ) w wersji 2 zaczynającym się od litery A.

Następnie wynik ten wpisuje cyfrowo i słownie do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ.

4. Zamawiający poprawia w ofercie:
  - a) oczywiste pomyłki pisarskie
  - b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
  - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
2. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcami w złotych polskich. Jeżeli zaistnieje sytuacja pokreślona w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych do tak złożonej oferty doliczy do niej podatek VAT.

## **13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty w danym pakiecie:**

### **1. Przyjęte kryteria oceny i ich ranga dla pakietów od Nr 1 do Nr 4:**

cena	- 100%
Łącznie :	- 100%

### **2.Cena - Px**

- a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj.100 otrzyma oferta w danym pakiecie z najniższą ceną spośród złożonych ofert w danym pakiecie na wykonanie zadania objętego przetargiem
- b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór

$$Px. = \underline{Cn \times 100}$$

Cb

Gdzie:

Px- Ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny w danym pakiecie

Cn - Cena brutto najniższa spośród złożonych ofert w danym pakiecie

Cb - Cena brutto badanej oferty w danym pakiecie

**Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN do dwóch cyfr po przecinku i obejmować wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia.**

Stosowania punktacja od 0-100 pkt.

Ilość punktów w kryterium ceny dla oferty „x” w danym pakiecie zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 100 %.

Każda oferta / pakiet podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków Komisji przetargowej według podanego wyżej kryterium.

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta / pakiet będzie :

- zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ,
- odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
- spełniała warunki udziału w postępowaniu,
- z najniższą ceną w danym pakiecie

#### **14. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  - 1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - 1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
  - 1.4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp. po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 14 ppkt 1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ppkt. 3, jeżeli:
  - 4.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,
  - 4.2. w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy Pzp.

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej.
7. Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listem poleconym.

#### **15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  - wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
7. Termin wniesienia odwołania:
  - 8.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;
  - 8.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
  - 8.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 8.1 oraz ppkt.8.2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej

- staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
  10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
  11. Skarga do sądu
    - 11.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
    - 11.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
    - 11.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
    - 11.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

**16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

Wzór umowy stanowi: umowa sprzedaży Nr 41/2014 - **Załącznik Nr 9** do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**17. Specyfikacja zostanie przekazana w formie pisemnej na wniosek Wykonawcy w terminie 5 dni, za cenę: 30,00 zł brutto**

**18. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:**

1. Załącznik Nr 1 – Parametry wymagane graniczne w zakresie pakietu Nr 1
2. Załącznik Nr 1A – Szczegółowa specyfikacja dostawy w zakresie pakietu Nr 1
3. Załącznik Nr 2 – Parametry wymagane graniczne w zakresie pakietu Nr 2
4. Załącznik Nr 2A – Szczegółowa specyfikacja dostawy w zakresie pakietu Nr 2
5. Załącznik Nr 3 – Parametry wymagane graniczne w zakresie pakietu Nr 3
6. Załącznik Nr 3A – Szczegółowa specyfikacja dostawy w zakresie pakietu Nr 3
7. Załącznik Nr 4 – Parametry wymagane graniczne w zakresie pakietu Nr 4
8. Załącznik Nr 4A – Szczegółowa specyfikacja dostawy w zakresie pakietu Nr 4
9. Załącznik Nr 5 - formularz ofertowy
10. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych
11. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych
12. Załącznik Nr 8- Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
13. Załącznik Nr 9 – Umowa sprzedaży Nr 41/2014 – wzór

**Oświadczam, że zapoznałam/lem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń**

**Podpisy Członków Komisji:**

1. Wioletta Sulich – Świdnicka – Przewodnicząca Komisji .....
2. Tadeusz Gutowski – Członek Komisji .....
3. Piotr Rynkowski - Sekretarz Komisji .....

*Zatwierdził*

.....  
data i podpis Zamawiającego

## Załącznik Nr 1 do SIWZ

### ŁÓŻKA SZPITALNE ELEKTRYCZNE - 6 sztuk

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy : .....

Nazwa handlowa sprzętu:.....

Producent : .....

Kraj pochodzenia: .....

Rok produkcji 2014:

#### A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Lp	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Opis potwierdzonego parametru
<b>KONSTRUKCJA</b>			
1	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo.	TAK	
2	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.	TAK	
3	Leże łóżka posiadające przynajmniej cztery punkty podparcia.	TAK	
4	Szczyty łóżka łatwo wyjmowane.	TAK	
5	Łóżko wyposażone w zintegrowane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej powierzchni łóżka, <b>również po przedłużeniu leża</b> , zgodne z normą EN 60601-2-52. <b>Dwuosiowe</b> Krążki odbojowe zabezpieczające barierki boczne.	TAK	
6	Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy leża.	TAK	
7	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe.	TAK	
8	W celu ułatwienia utrzymania czystości, przestrzeń pomiędzy podstawą łóżka a leżem, oraz podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka.	TAK	
9	Leże wypełnione odejmowanymi płytami wykonanymi z tworzywa ABS <b>lub płyty HPL</b>	TAK	
10	Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty regulowane.	TAK	
<b>PARAMETRY</b>			
11	Długość całkowita: 220cm (+/-5cm).	TAK	
12	Łóżko z możliwością przedłużenia leża do min. <b>230 220cm</b>	TAK	
13	Szerokość całkowita maksymalna wraz z uniesionymi barierkami (poręczami bocznymi) <b>970cm - (+/- 3cm) 97cm (+/- 3cm).</b>	TAK	
14	Długość leża <b>190cm 198cm</b> (+/-2cm).	TAK	
15	Szerokość leża 86cm (+/-3cm).	TAK	
16	Zasilanie elektryczne 220-240 V.	TAK	
17	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.	TAK	
18	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od min 47cm (+1/-10cm) do 80 cm ( <b>+2 +5/-5cm</b> ).	TAK	
19	Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców odniesiona do poziomu ramy leża: do 70° (+/- 5°).	TAK	
20	Elektryczna regulacja segmentu uda odniesiona do poziomu ramy leża: do 35° (+/-10°).	TAK	

21	Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: <del>do 20° (+/- 2°)</del> do 16° (+/- 2°).	TAK	
22	Elektryczna regulacja pozycji anti-Trendelenburga: <del>do 20° (+/- 2°)</del> do 16° (+/- 2°).	TAK	
23	Regulacja segmentu podudzia – sposób regulacji dowolny.	TAK	
24	Elektryczna <b>lub mechaniczna</b> funkcja CPR, dodatkowo segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego poziomowania (CPR).	TAK	
25	Dźwignia CPR oznaczona widocznym kolorem <del>niebieskim</del> <b>wyraźnie odróżniającym się od kolorystyki łóżka.</b>	TAK	
26	Autokontur segmentu oparcia pleców.	TAK	
27	Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta min. 8cm.	TAK	
28	Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa dokonywana jednym przyciskiem na panelu centralnym <b>w momencie poziomego leża lub - w przypadku innej pozycji leża - przy użyciu max. dwóch przycisków.</b>	TAK	
29	Maksymalne bezpieczne stałe obciążenie min. 200 kg.	TAK	
<b>STEROWANIE</b>			
30	Panel centralny umożliwiający sterowanie funkcjami elektrycznymi chowany centralnie pod leżem lub zamontowany po obu stronach łóżka.	TAK	
31	Łóżko sterowane przewodowym pilotem oraz dodatkowym panelem sterującym dla pacjenta.	TAK	
32	Możliwość blokowania elektrycznych funkcji łóżka przez personel medyczny na panelu centralnym.	TAK	
<b>WYPOSAŻENIE</b>			
33	Materac dopasowany do ramy leża. Pianka poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwym dla cieczy.	TAK	
34	Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję.	TAK	
35	<b>Elastyczne</b> , Tworzywowe uchwyty do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami zgodne z normą EN 60601-2-52.	TAK	
36	Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać właściwość nieprzepuszczalności drobnoustrojów. Powinien to potwierdzić stosowną opinią laboratoryjną uprawniony do tego podmiot.	TAK	
37	Możliwość zamontowania do leża uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne.	TAK	
38	Wieszak kroplówki .	TAK	
39	Wysięgnik z uchwytem do ręki	TAK	
<b>WYMAGANIA FORMALNE</b>			
40	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE.	TAK	
41	<del>WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych.</del>	TAK	
42	Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami.	TAK	

### B. Gwarancja, serwis

Lp	Gwarancja, serwis	Wartość	Opis potwierdzonej wartości
----	-------------------	---------	-----------------------------

1	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji.	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy.	
2	<b>Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych.</b>	Tak	
3	<b>Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia.</b>	Tak	
4	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.	Tak	
5	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji .	Tak	
6	W przypadku, gdy naprawa danego bloku urządzenia (podzespołu) w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu podzespół urządzenia podlega wymianie na nowy.	TAK po 3 naprawach tego samego (podzespołu)	
7	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.	Tak	
8	Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych.	Tak	
9	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	Tak	

### C. Przeglądy eksploatacyjne

Lp	Wymagane czynności	Wartość	Opis potwierdzonej wartości
1	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy).	TAK/NIE podać okres	
2	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy).	TAK/NIE podać okres	
3	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy).	TAK/NIE podać okres	
4	Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnianiem.	TAK	
5	Wymienione wyżej przeglądy eksploatacyjne nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis". Są to odrębne czynności i dostawy.	TAK	

### D. Szkolenie

Lp	Szkolenia	Wartość	Opis
1	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego -	Tak	

	minimum 2 osoby).		
2	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonywania podstawowych czynności serwisowo - przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta.	Tak	
3	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.	Tak	
4	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.	Tak	

Uwaga!!!! Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.....  
Pieczeń i podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy

*Załącznik nr 1A do SIWZ*

**Szczegółowa specyfikacja dostawy dla pakietu Nr 1 (stanowi minimum wyposażenia dla oferowanych łóżek szpitalnych elektrycznych -6 szt.) - przykład**

L.p	Nazwa zestawu/elementy składowe zestawu	Nr kat. (jeżeli dotyczy)	Ilość	Cena jedn. netto za szt.	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)
1.	<b>łóżka szpitalne elektryczne</b>		<b>6 szt.</b>				
2.							
3.							
4.	<b>Elementy wyposażenia</b> (wymienić jeżeli dotyczy)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5							
6							
7							
8							
9							
Wartość netto razem							
Kwota podatku VAT razem							
Wartość brutto razem							

.....  
data , podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik Nr 2 do SIWZ

### WÓZKI DO PRZEWOŻENIA CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ - 6 sztuk

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy : .....

Nazwa handlowa sprzętu:.....

Producent : .....

Kraj pochodzenia: .....

Rok produkcji 2014: .....

#### A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Lp	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Opis potwierdzonego parametru
1	Długość całkowita: 215cm (+/- <del>5</del> 10cm).	TAK	
2	Szerokość całkowita: 85 (+/- <del>3</del> 5cm).	TAK	
3	Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej.	TAK	
4	Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża z materacem: ≤65cm +/-4cm.	TAK	
5	Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża z materacem: ≥80cm.	TAK	
6	Pozycja Trendelenburga regulowana płynnie za pomocą sprężyny gazowej <b>lub pompy hydraulicznej</b> z blokadą od 0 <sup>0</sup> do min. 15 <sup>0</sup> (+/- 3 <sup>0</sup> ).	TAK	
7	Pozycja anti-Trendelenburga regulowana płynnie za pomocą sprężyny gazowej <b>lub pompy hydraulicznej</b> z blokadą w zakresie od 0 <sup>0</sup> do min. 15 <sup>0</sup> (+/- 3 <sup>0</sup> ).	TAK	
8	Leże trzysegmentowe wypełnione płytą z tworzywa, przezierną dla promieni RTG.	TAK	
9	Segment oparcia pleców z regulowanym płynnie za pomocą sprężyny gazowej kątem nachylenia w stosunku do ramy leża w zakresie: 0 - 80° (+/- 10°); z blokadą.	TAK	
10	Segment uda z regulowanym płynnie za pomocą sprężyny gazowej kątem nachylenia w stosunku do ramy leża w zakresie: 0 - 50° (+/- 5°); z blokadą.	TAK	
11	Pod leżem prowadnica na kasetę RTG. umożliwiającą jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia.	TAK	
12	Pod leżem listwa wyposażona w przesuwne uchwyty <b>lub inny sposób</b> umożliwiający montaż wyposażenia dodatkowego.	TAK	
13	Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS.	TAK	
14	Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezłowia <b>+ lub</b> nóg.	TAK	
15	Konstrukcja wykonana z elementów stalowych pokrytych lakierem proszkowym.	TAK	
16	Warstwa lakieru odporna na uszkodzenia mechaniczne, oddziaływanie chemiczne oraz promieniowanie UV.	TAK	
17	Każdy z rogów ramy wyposażony w dwuosiowe krążki odbojowe.	TAK	
18	Wózek wyposażony w listwy odbojowe <b>lub inny system osłon</b>	TAK	

	<b>zapewniających funkcję odbojową.</b>		
19	Barierki boczne, składane wzdłuż ramy leża.	TAK	
20	Wieszak kroplówki - możliwość montażu w każdym z czterech narożników leża.	TAK	
21	Cztery podwójne ( <b>lub pojedyncze o średnicy min. 20cm</b> ) koła jezdne blokowane centralnie w tym jedno z blokadą kierunkową.	TAK	
22	Średnica kół min. 150 mm.	TAK	
23	Dźwignia blokady dostępna przy każdym kole.	TAK	
24	Kosz <b>lub inne bezpieczne miejsce</b> na butlę z tlenem - 1 szt.	TAK	
25	Materac dokładnie dopasowany do wymiarów i konstrukcji wózka.	TAK	
26	Właściwości materaca pozwalające na bezpieczną i higieniczną eksploatację w warunkach szpitalnych.	TAK	
27	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE.	TAK	

### B. Gwarancja, serwis

Lp	Gwarancja, serwis	Wartość	Opis potwierdzenia wartości
1	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy.	
2	<b>Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych.</b>	Tak	
3	<b>Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia.</b>	Tak	
4	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.	Tak	
5	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji .	Tak	
6	W przypadku, gdy naprawa danego bloku urządzenia (podzespołu) w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu podzespół urządzenia podlega wymianie na nowy.	TAK po 3 naprawach tego samego (podzespołu)	
7	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.	Tak	
8	Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych	Tak	
9	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	Tak	

### C. Przeglądy eksploatacyjne

Lp	Wymagane czynności	Wartość	Opis
----	--------------------	---------	------

1	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)	TAK/NIE podać okres	
2	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy)	TAK/NIE podać okres	
3	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy)	TAK/NIE podać okres	
4	Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnianiem	TAK	
5	Wymienione wyżej przeglądy eksploatacyjne nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis". Są to odrębne czynności i dostawy.	TAK	

### Szkolenie

Lp	Szkolenia	Wartość	Opis
1	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby)	Tak	
2	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonywania podstawowych czynności serwisowo - przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta.	Tak	
3	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej	Tak	
4	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.	Tak	

Uwaga!!! Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.....  
Pieczeń i podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 2A do SIWZ**

**Szczegółowa specyfikacja dostawy dla pakietu Nr 2 (stanowi minimum wyposażenia dla oferowanych wózków do przewożenia chorych w pozycji leżącej -6 szt.) - przykład**

L.p	Nazwa zestawu/elementy składowe zestawu	Nr kat. (jeżeli dotyczy)	Ilość	Cena jedn. netto za szt.	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)
1.	<b>wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej</b>		<b>6 szt.</b>				
2.							
3.							
4.	<b>Elementy wyposażenia</b> (wymienić jeżeli dotyczy)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5							
6							
7							
8							
9							
Wartość netto razem							
Kwota podatku VAT razem							
Wartość brutto razem							

.....  
data , podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik Nr 3 do SIWZ

### ŁÓŻKO ORTOPEDYCZNE Z RAMĄ - 1 sztuka

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy : .....

Nazwa handlowa sprzętu:.....

Producent : .....

Kraj pochodzenia: .....

Rok produkcji 2014: .....

#### A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Lp	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Opis potwierdzonego parametru
<b>KONSTRUKCJA</b>			
1	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo.	TAK	
2	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.	TAK	
3	Leże łóżka posiadające przynajmniej cztery punkty podparcia.	TAK	
4	Szczyty łóżka łatwo wyjmowane.	TAK	
5	Łóżko wyposażone w zintegrowane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej powierzchni łóżka, <del>również po przedłużeniu leża</del> , zgodne z normą EN 60601-2-52. <del>Dwuosiowe</del> Krążki odbojowe zabezpieczające barierki boczne.	TAK	
6	Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy leża.	TAK	
7	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe.	TAK	
8	W celu ułatwienia utrzymania czystości, przestrzeń pomiędzy podstawą łóżka a leżem, oraz podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka.	TAK	
9	Leże wypełnione odejmowanymi płytami wykonanymi z tworzywa ABS <del>lub płyty HPL</del> .	TAK	
10	Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty regulowane.	TAK	
<b>PARAMETRY</b>			
11	Długość całkowita: 220cm (+/-5cm).	TAK	
12	Łóżko z możliwością przedłużenia leża do min. <del>230</del> 220cm	TAK	
13	Szerokość całkowita maksymalna wraz z uniesionymi barierkami (poręczami bocznymi) <del>970cm (+/-3cm)</del> 97cm (+/-3cm).	TAK	
14	Długość leża <del>190cm</del> 198cm (+/-2cm).	TAK	
15	Szerokość leża 86cm (+/-3cm).	TAK	
16	Zasilanie elektryczne 220-240 V.	TAK	
17	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.	TAK	
18	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od min 47cm (+1/-10cm) do 80 cm ( <del>+2</del> +5/-5cm).	TAK	
19	Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców odniesiona do poziomu ramy leża: do 70° (+/- 5°).	TAK	
20	Elektryczna regulacja segmentu uda odniesiona do poziomu	TAK	

	ramy leża: do 35° (+/-10°).		
21	Elektryczna regulacja pozycji Trendlelenburga: <del>do 20° (+/- 2°)</del> do 16° (+/- 2°).	TAK	
22	Elektryczna regulacja pozycji anti-Trendlenburga: <del>do 20° (+/- 2°)</del> do 16° (+/- 2°).	TAK	
23	Regulacja segmentu podudzia – sposób regulacji dowolny.	TAK	
24	Elektryczna <b>lub mechaniczna</b> funkcja CPR, dodatkowo segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego poziomowania (CPR).	TAK	
25	Dźwignia CPR oznaczona widocznym kolorem <b>czarnym</b> wyraźnie odróżniającym się od kolorystyki łóżka.	TAK	
26	Autokontur segmentu oparcia pleców.	TAK	
27	Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta min. 8cm.	TAK	
28	Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa dokonywana jednym przyciskiem na panelu centralnym <b>w momencie poziomego leża lub - w przypadku innej pozycji leża - przy użyciu max. dwóch przycisków.</b>	TAK	
29	Maksymalne bezpieczne stałe obciążenie min. 200 kg.	TAK	
<b>STEROWANIE</b>			
30	Panel centralny umożliwiający sterowanie funkcjami elektrycznymi chowany centralnie pod leżem lub zamontowany po obu stronach łóżka.	TAK	
31	Łóżko sterowane przewodowym pilotem oraz dodatkowym panelem sterującym dla pacjenta.	TAK	
32	Możliwość blokowania elektrycznych funkcji łóżka przez personel medyczny na panelu centralnym.	TAK	
<b>WYPOSAŻENIE</b>			
33	Materac dopasowany do ramy leża. Pianka poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwym dla cieczy.	TAK	
34	Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję.	TAK	
35	<b>Elastyczne</b> , Tworzywowe uchwyty do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami zgodne z normą EN 60601-2-52.	TAK	
36	Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać właściwość nieprzepuszczalności drobnoustrojów. Powinien to potwierdzić stosowną opinią laboratoryjną uprawniony do tego podmiot.	TAK	
37	Możliwość zamontowania do leża uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne.	TAK	
38	Wieszak do kroplówki .	TAK	
39	Podwójna rama ortopedyczna, chromowana, mocowana do otworów w ramie leża wyposażona w dwa uchwyty do ręki.	TAK	
<b>WYMAGANIA FORMALNE</b>			
40	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE.	TAK	
41	<del>WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych.</del>	TAK	
42	Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami.	TAK	

### B. Gwarancja, serwis

Lp	Gwarancja, serwis	Wartość	Opis potwierdzenia wartości
1	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji.	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy.	
2	<b>Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych.</b>	Tak	
3	<b>Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia,</b>	Tak	
4	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.	Tak	
5	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji .	Tak	
6	W przypadku, gdy naprawa danego bloku urządzenia (podzespołu) w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu podzespół urządzenia podlega wymianie na nowy.	TAK po 3 naprawach tego samego (podzespołu)	
7	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.	Tak	
8	Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych.	Tak	
9	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	Tak	

### C. Przeglądy eksploatacyjne

Lp	Wymagane czynności	Wartość	Opis
1	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy).	TAK/NIE podać okres	
2	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy).	TAK/NIE podać okres	
3	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy).	TAK/NIE podać okres	
4	Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnianiem.	TAK	
5	Wymienione wyżej przeglądy eksploatacyjne nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis". Są to odrębne czynności i dostawy.	TAK	

### D. Szkolenie

Lp	Szkolenia	Wartość	Opis
----	-----------	---------	------

1	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby).	Tak	
2	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonywania podstawowych czynności serwisowo - przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta.	Tak	
3	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.	Tak	
4	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.	Tak	

Uwaga !!! Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.....  
Pieczeń i podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3A do SIWZ

Szczegółowa specyfikacja dostawy dla pakietu Nr 3 (stanowi minimum wyposażenia dla oferowanego łóżka ortopedycznego z ramą -1 szt.) - przykład

L.p	Nazwa zestawu/elementy składowe zestawu	Nr kat. (jeżeli dotyczy)	Ilość	Cena jedn. netto za szt.	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)
1.	<b>łóżko ortopedyczne z ramą</b>		<b>1 szt.</b>				
2.							
3.							
4.	<b>Elementy wyposażenia</b> (wymienić jeżeli dotyczy)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5							
6							
7							
8							
9							
Wartość netto razem							
Kwota podatku VAT razem							
Wartość brutto razem							

.....  
data , podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

**LÓŻKA REHABILITACYJNE - 2 sztuki**

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy : .....

Nazwa handlowa sprzętu:.....

Producent : .....

Kraj pochodzenia: .....

Rok produkcji 2014: .....

**A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia**

Lp	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Opis potwierdzonego parametru
<b>KONSTRUKCJA</b>			
1	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo.	TAK	
2	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.	TAK	
3	Leże łóżka posiadające przynajmniej cztery punkty podparcia.	TAK	
4	Szczyty łóżka łatwo wyjmowane.	TAK	
5	Łóżko wyposażone w zintegrowane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej powierzchni łóżka, <del>również po przedłużeniu leża</del> , zgodne z normą EN 60601-2-52. <del>Dwuosiowe</del> Krążki odbojowe zabezpieczające barierki boczne.	TAK	
6	Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy leża.	TAK	
7	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe.	TAK	
8	W celu ułatwienia utrzymania czystości, przestrzeń pomiędzy podstawą łóżka a leżem, oraz podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka.	TAK	
9	Leże wypełnione odejmowanymi płytami wykonanymi z tworzywa ABS <del>lub płyty HPL</del> .	TAK	
10	Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty regulowane.	TAK	
<b>PARAMETRY</b>			
11	Długość całkowita: 220cm (+/-5cm).	TAK	
12	Łóżko z możliwością przedłużenia leża do min. <del>230</del> 220cm	TAK	
13	Szerokość całkowita maksymalna wraz z uniesionymi barierkami (poręczami bocznymi) <del>970cm (+/-3cm)</del> 97cm (+/-3cm).	TAK	
14	Długość leża <del>190cm</del> 198cm (+/-2cm).	TAK	
15	Szerokość leża 86cm (+/-3cm).	TAK	
16	Zasilanie elektryczne 220-240 V.	TAK	
17	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.	TAK	
18	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od min 47cm (+1/-10cm) do 80 cm (+2 +5/-5cm).	TAK	
19	Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców odniesiona do poziomu ramy leża: do 70° (+/- 5°).	TAK	
20	Elektryczna regulacja segmentu uda odniesiona do poziomu	TAK	

	ramy leża: do 35° (+/-10°).		
21	Elektryczna regulacja pozycji Trendlelenburga: <del>do 20° (+/- 2°)</del> do 16° (+/- 2°).	TAK	
22	Elektryczna regulacja pozycji anty-Trendlenburga: <del>do 20° (+/- 2°)</del> do 16° (+/- 2°).	TAK	
23	Regulacja segmentu podudzia – sposób regulacji dowolny.	TAK	
24	Elektryczna <b>lub mechaniczna</b> funkcja CPR, dodatkowo segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego poziomowania (CPR).	TAK	
25	Dźwignia CPR oznaczona widocznym kolorem <b>czerwonym</b> wyraźnie odróżniającym się od kolorystyki łóżka.	TAK	
26	Autokontur segmentu oparcia pleców.	TAK	
27	Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta min. 8cm.	TAK	
28	Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa dokonywana jednym przyciskiem na panelu centralnym <b>w momencie poziomego leża lub - w przypadku innej pozycji leża - przy użyciu max. dwóch przycisków.</b>	TAK	
29	Maksymalne bezpieczne stałe obciążenie min. 200 kg.	TAK	
<b>STEROWANIE</b>			
30	Panel centralny umożliwiający sterowanie funkcjami elektrycznymi chowany centralnie pod leżem lub zamontowany po obu stronach łóżka.	TAK	
31	Łóżko sterowane przewodowym pilotem oraz dodatkowym panelem sterującym dla pacjenta.	TAK	
32	Możliwość blokowania elektrycznych funkcji łóżka przez personel medyczny na panelu centralnym.	TAK	
<b>WYPOSAŻENIE</b>			
33	Materac dopasowany do ramy leża. Pianka poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwym dla cieczy.	TAK	
34	Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję.	TAK	
35	<b>Elastyczne</b> , Tworzywowe uchwyty do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami zgodne z normą EN 60601-2-52.	TAK	
36	Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać właściwość nieprzepuszczalności drobnoustrojów. Powinien to potwierdzić stosowną opinią laboratoryjną uprawniony do tego podmiot.	TAK	
37	Możliwość zamontowania do leża uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne.	TAK	
38	Wieszak do kroplówki .	TAK	
39	Wysięgnik z uchwytem do ręki	TAK	
40	Uchwyt uniwersalny - <b>forma haczyka do zawieszenia wyposażenia</b>	TAK	
41	Kosz na pojemnik urologiczny	TAK	
<b>WYMAGANIA FORMALNE</b>			
42	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE.	TAK	
43	<del>WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych.</del>	TAK	
44	Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami.	TAK	

### B. Gwarancja, serwis

Lp	Gwarancja, serwis	Wartość	Opis oferowanej wartości
1	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji.	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy.	
2	<b>Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych.</b>	Tak	
3	<b>Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia.</b>	Tak	
4	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.	Tak	
5	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji .	Tak	
6	W przypadku, gdy naprawa danego bloku urządzenia (podzespołu) w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu podzespół urządzenia podlega wymianie na nowy.	TAK po 3 naprawach tego samego (podzespołu)	
7	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.	Tak	
8	Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych.	Tak	
9	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	Tak	

### C. Przeglądy eksploatacyjne

Lp	Wymagane czynności	Wartość	Opis
1	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy).	TAK/NIE podać okres	
2	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy).	TAK/NIE podać okres	
3	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy).	TAK/NIE podać okres	
4	Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnianiem.	TAK	
5	Wymienione wyżej przeglądy eksploatacyjne nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis". Są to odrębne czynności i dostawy.	TAK	

### D. Szkolenie

Lp	Szkolenia	Wartość	Opis
1	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla	Tak	

	personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby).		
2	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonywania podstawowych czynności serwisowo - przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta.	Tak	
3	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.	Tak	
4	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.	Tak	

Uwaga!!!! Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.....  
Pieczeń i podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4A do SIWZ

**Szczegółowa specyfikacja dostawy dla pakietu Nr 4 (stanowi minimum wyposażenia dla oferowanych łóżek rehabilitacyjnych -1 szt.) - przykład**

L.p	Nazwa zestawu/elementy składowe zestawu	Nr kat. (jeżeli dotyczy)	Ilość	Cena jedn. netto za szt.	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=(F+G)
1.	<b>łóżka rehabilitacyjne</b>		<b>2 szt.</b>				
2.							
3.							
4.	<b>Elementy wyposażenia</b> (wymienić jeżeli dotyczy)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
Wartość netto razem							
Kwota podatku VAT razem							
Wartość brutto razem							

.....  
data , podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Załącznik Nr 5 do SIWZ

.....

.....

Wykonawca

miejsowość i data

### FORMULARZ OFERTOWY

*OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu, ul. Królewiecka 146*

#### I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa:

.....

2. Adres, województwo:

.....

3. Telefon/ faks:

.....

4. Osoba upoważniona do kontaktów:

..... nr. tel. ....

5. Nazwa banku i nr konta bankowego:

.....

5. REGON ..... NIP ..... KRS..... ( jeżeli dotyczy )

#### II. Przedmiot oferty

1. oferta dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP w dniu 12.08.2014 r. przez Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu na dostawę i oddanie do bieżącej eksploatacji łóżek i wózków w czterech pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu (zgodnie z arkuszem cenowym – odpowiednio do złożonej oferty załączniki od Nr 1A do Nr 4A do SIWZ):

.....

/podać numery pakietów/

#### **Pakiet Nr 1 za cenę ( według zał. Nr 1A do SIWZ ):**

a) netto ..... zł

słownie:.....

- wysokość podatku VAT: ..... %

- kwota podatku VAT: ..... zł

b) brutto ..... zł

słownie:.....

#### **Pakiet Nr 2 za cenę ( według zał. Nr 2A do SIWZ ):**

a) netto ..... zł

słownie:.....

- wysokość podatku VAT: ..... %

- kwota podatku VAT: ..... zł

b) brutto ..... zł

słownie:.....

**Pakiet Nr 3 za cenę ( według zał. Nr 3A do SIWZ ):**

a) netto ..... zł

słownie:.....

- wysokość podatku VAT: ..... %

- kwota podatku VAT: ..... zł

b) brutto ..... zł

słownie:.....

**Pakiet Nr 4 za cenę ( według zał. Nr 4A do SIWZ ):**

a) netto ..... zł

słownie:.....

- wysokość podatku VAT: ..... %

- kwota podatku VAT: ..... zł

b) brutto ..... zł

słownie:.....

2. Warunki płatności: odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku, płatność przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie .....dni (min. 30 dni ) licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia oraz podpisania przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego\*.
3. Dostawa, montaż łącznie z przekazaniem do bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego lub wynajętym przez niego środkiem transportu w terminie do ..... tygodni ( max. 12 tygodni ), licząc od dnia podpisania umowy.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zawartymi w SIWZ, w tym z kryteriami oceny ofert , załącznikami do SIWZ oraz że przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ oraz zgodnie z treścią oferty.
6. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy – rok produkcji: 2014, zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego parametrami, kompletny pod względem sprzętowym i po zainstalowaniu będzie gotów do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
7. Część zamówienia ....., której wykonanie powierzymy / nie powierzymy podwykonawcom\*.
8. Oferta została złożona łącznie na kolejnych ..... stronach ( uwaga w numeracji proszę uwzględnić wszystkie załączone dokumenty )

**UWAGA! \* - niepotrzebne skreślić**

.....  
data , podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

**Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4 Ustawy  
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z dnia 09  
sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)**

Oświadczam

.....  
.....  
(pełna nazwa Wykonawcy)

**że spełniam warunki dotyczące:**

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
data , podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## **Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**

Oświadczam

.....

.....

( pełna nazwa i adres Wykonawcy )

że brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

Art. 24 ust.1

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 1a) wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

.....  
data , podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

**Załącznik Nr 8 do SIWZ**

**Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2 d ustawy Prawo zamówień publicznych**

.....

.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadanie pn.**

**„dostawa łóżek i wózków w 4 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi urządzeń ”**

Zgodnie z art. 26 ust. 26d Ustawy Pzp informuję, że firma, którą reprezentuję :

.....

(nazwa firmy)

- nie należy do grupy kapitałowej\* ,
- należy do grupy kapitałowej , w związku z tym przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp\*

**\*niepotrzebne skreślić**

.....

data , podpis Wykonawcy  
lub upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

**Uwaga!**

Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

*Załącznik Nr 9 do SIWZ - wzór*

**UMOWA SPRZEDAŻY Nr 41/2014**

zawarta w dniu ..... 2014 pomiędzy :

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu**  
**ul.Królewiecka 146**  
**82-300 Elbląg**

regon nr 170745930

konto: Bank PKO BP S.A. O/Elbląg  
nr 76 1020 1752 0000 0602 0003 5063

NIP: 578-25-17-492

KRS: 0000003202

reprezentowanym przez :

1. mgr Elżbietę Gelert - Dyrektor

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM lub WSzZ**

a wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego

.....  
.....  
.....

regon nr .....

NIP:.....

KRS: .....

konto nr .....

reprezentowaną przez:

1. ....

2. ....

zwaną dalej **WYKONAWCĄ**

## § 1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa i oddanie do bieżącej eksploatacji fabrycznie nowych łóżek / wózków w ilości ..... szt., zgodnie z ofertą przetargową z dnia .....2014, produkcji firmy ....., których wymagane parametry techniczne (graniczne), wyposażenie, gwarancja-serwis i szkolenia przedstawiono w Załączniku Nr 1 i/lub Nr 2 i/lub Nr 3 i/lub Nr 4 do SIWZ, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie w zakresie obsługi sprzętu dla personelu medycznego WSzZ oraz pracowników obsługi technicznej WSzZ w zakresie i na warunkach określonych w załączniku Nr 1 i/lub Nr 2 i/lub Nr 3 i/lub Nr 4 do SIWZ w terminie max. do 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania łóżek / wózków do bieżącej eksploatacji
3. Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany przedmiot umowy jest fabrycznie nowy – rok produkcji: 2014 r., kompletny pod względem sprzętowym i po zainstalowaniu gotów będzie do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

## § 2

1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy własnym lub wynajętym przez niego środkiem transportu do siedziby Zamawiającego.
2. Dostawa, montaż łącznie z przekazaniem do eksploatacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do ..... tygodni ( max. 12 tygodni ), liczonych od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca do dostawy przedmiotu umowy zobowiązany jest dołączyć plastikowy skoroszyt wpinany z wpiętymi następującymi dokumentami:
  - faktura VAT ( na całość urządzenia – zgodnie z ofertą przetargową), która będzie zawierała następujące dane : asortyment, numer katalogowy, nazwa producenta, rok produkcji, numer umowy.
  - protokół odbioru z uzupełnionymi danymi oferowanego wyrobu oraz ewentualnym protokołem braków i rozbieżności wypełniony przez Wykonawcę,
  - instrukcję obsługi w języku polskim zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku Nr 1 i/lub Nr 2 i/lub Nr 3 i/lub Nr 4 do SIWZ.
3. Przy dostawie przedmiot zamówienia musi zawierać dane identyfikacyjne: np. numer katalogowy producenta, nazwę producenta, typ, model itp. i tym samym być zgodny z produktem i producentem zaoferowanym w ofercie przetargowej z dnia.....2014 r.
4. Osobą upoważnioną do odbioru sprzętu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego WSzZ w Elblągu lub osoba przez niego wyznaczona.

## § 3

1. Wartość umowy brutto wynosi: .....-zł, przy czym cena za poszczególne zaoferowane urządzenia będzie zgodna ze szczegółową specyfikacją dostawy (załącznik Nr 1A i/lub Nr 2A i/lub Nr 3A i/lub Nr 4A do SIWZ ), który stanowi integralną część niniejszej umowy
2. Słownie wartość umowy brutto:  
.....
3. Cena zawiera podatek VAT w kwocie .....-zł .

#### § 4

1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:
  - a) że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
  - b) strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia ceny urządzenia
  - c) ilekroć następuje zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zmiana stawki podatku VAT (zmianie ulega tylko cena brutto, cena netto nie ulega zmianie)
  - d) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku urządzenia będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego i na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba, że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.
2. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w ust. 1 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.
3. Aneks zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przesłany z co najmniej 7 –dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią.

#### § 5

1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie ..... dni ( min. 30dni ) licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia oraz podpisania przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego.
2. Za ewentualne nieterminowe płatności Wykonawca może żądać zapłaty odsetek nie wyższych niż ustawowe w skali roku.

#### § 6

Warunki gwarancji-serwisu, wyposażenia i szkolenia, które zapewnia Wykonawca: według załącznika Nr 1 i/lub Nr 2 i/lub Nr 3 i/lub Nr 4 do SIWZ, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie przetargowej z dnia .....2014 r.

#### § 7

Kary umowne:

1. Z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Z tytułu nieterminowej naprawy danego urządzenia (w okresie obowiązywania gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 PLN za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

#### § 8

1. Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie podlegają cesji
2. Wykonawca oświadcza, że nie przyjmie poręczenia od jakiegokolwiek podmiotu dotyczącego wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, ani nie przekaze

wierzytelności z niniejszej umowy.

3. Każda faktura musi zawierać wzmiankę o zakazie cesji
4. Brak wzmianki powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego.

### **§ 9**

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub braków ilościowych w dniu odbioru sprzętu, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, sporządzi protokół stwierdzający nieprawidłowości lub braki, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić sprzęt na pełnowartościowy lub uzupełnić braki, przy czym w tym przypadku termin dostawy określony w § 2 ust. 2 jest dla Wykonawcy wiążący.

### **§ 10**

W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia lub nienależytego wywiązywania się z postanowień niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia prawidłowej realizacji umowy w terminie oznaczonym, nie krótszym niż 3 dni robocze.

### **§ 11**

Strony zgodnie ustalają, że negocjacom i kompromisowi dają wymóg pierwszeństwa przed drogą sądową.

### **§ 12**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

### **§ 13**

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

### **§ 14**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**