

Znak sprawy 46.Pu.2026

Elbląg dnia 14.07.2026 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy postępowania – w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 tj.) oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 170 000 zł netto (*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/2025 Dyrektora Naczelnego WSZ w Elblągu z dnia 08.12.2025 r.*), na dostawę 40 sztuk materacy przeciwoleżynowych dla Oddziałów Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że do dnia 13.07.2026 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o poniżej zamieszczonej treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

PKT. 2 i 19 Czy Zamawiający dopuści materac z regulacją cykli 5,10 lub 20 minut, w którym co trzecia komora jest pompowana i odpompowywana?

Zamawiający odpowiada:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

PKT. 5 Czy Zamawiający dopuści materac, który posiada regulację według wagi pacjenta, która jest wprostproporcjonalna do zmian ciśnienia zadawanego w komorach materaca. Pompa posiada wskaźnik wagi pacjenta bez wskazań ciśnienia.

Zamawiający odpowiada:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

PKT. 14 Czy Zamawiający dopuści pompę z wagą 3,4 kg?

Zamawiający odpowiada:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Załącznik nr 1 OPZ część a : parametry techniczne

Pytanie do pkt. 2

Czy zamawiający dopuści materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy pracujący w trybie naprzemiennym 1:2 pracujący w trybie 5; 10; 15; 20 min?

Zamawiający odpowiada:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Załącznik nr 1 OPZ część a : parametry techniczne

Pytanie do pkt. 5

Czy zamawiający dopuści pompę posiadającą na wyświetlaczu regulację wagi pacjenta w zakresie od 30 do 200 kg, dzięki czemu system sam dobiera odpowiednie ciśnienia do wagi?

Zamawiający odpowiada:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Załącznik nr 1 OPZ część a : parametry techniczne

Pytanie do pkt. 19.

Czy zamawiający dopuści materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy pracujący w trybie 5; 10; 15; 20 min?

Zamawiający odpowiada:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Załącznik nr 1 Parametry techniczne

Tabela pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści materac 3-sekcyjny, w którym komory napełniają się i opróżniają w systemie 3:1 (dwie pełne, trzecia pusta, i tak naprzemiennie)?

Zamawiający odpowiada:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Załącznik nr 1 Parametry techniczne

Tabela pkt.3 : Czy Zamawiający dopuści materac bez funkcji poduszki ?

Zamawiający odpowiada:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 1 Parametry techniczne

Tabela pkt.6 : Czy Zamawiający dopuści materac z pokrowcem (wodoszczelnym, paroprzepuszczalnym) dopinany napami ? - nie ściąga się podczas zmiany pozycji pacjenta.

Zamawiający odpowiada:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Załącznik nr 1 Parametry techniczne

Tabela pkt.18 : Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 195 x 90 x 12 cm (+/- 2 cm)?

Zamawiający odpowiada:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Załącznik nr 1 Parametry techniczne

Czy Zamawiający wymaga funkcji statycznej, która pompuje cały materac, aby ułatwić pacjentowi wstawanie, a opiekunowi umożliwić czynności wymagające stabilnego podłoża?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Eriągu
DYREKTOR
ds. ekonomiczno - finansowych

Piotr Tomaszewski

14 LIP. 2026

