Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg

Sekcja Zamówień Publicznych , tel. 55 239 58 72

Elbląg, dnia 18.11.2026 r.

Oznaczenie sprawy: 76.Pu.2026

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp na - **sprzedaż i dostawę cieplarki do płynów irygacyjnych i infuzyjnych (1 sztuka) dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców do dnia 17.11.2026 r. pytania, o następującej treści:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające jedną komorę roboczą o pojemności 117 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 630 × 730 × 850 mm (szer x gł x wys.)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy znamionowej 750 W zamiast wymaganych 400 W, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów temperaturowych oraz bezpieczeństwa użytkowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyjmowaną półkę o maksymalnym obciążeniu 35 kg, przy zachowaniu funkcjonalności przechowywania materiału?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści obudowę wykonaną ze stali elektrolitycznie ocynkowanej, pokrytej lakierem epoksydowym, zamiast obudowy z płyty PWC, przy zachowaniu trwałości, odporności mechanicznej oraz łatwości utrzymania czystości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykorzystujące system ogrzewania z wymuszonym obiegiem powietrza, zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze roboczej, zamiast wymaganego rozwiązania konwekcyjno-przewodzącego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 7: *A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, ad. 3*: Prosimy o dopuszczenie obudowy wykonanej z płyty wiórowej laminowanej zapewniającej doskonałą izolację termiczną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obudowę z płyty wiórowej laminowanej.

Pytanie 8: *B. Gwarancja, serwis ad 2* Prosimy o odstąpienie od wymogu minimum 1 przegląd rocznie w przypadku, kiedy zgodnie z wymaganiami producenta pierwszy przegląd techniczny urządzenia powinien zostać wykonany po upływie 24 miesięcy od daty jego zakupu. Kolejne przeglądy techniczne należy przeprowadzać w regularnych odstępach, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie przeglądy, jeżeli dostawca załączy oświadczenie od producenta o 24 miesięcznym okresie pierwszego przeglądu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
DYREKTOR
ds. ekonomiczno - finansowych
Piotr [illegible]ewski

16 LIS. 2026

.....

(data i podpis Zamawiającego)