

Oznaczenie sprawy 47/2014

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę taśm załonowych do leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu u kobiet dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-09-04, numer ogłoszenia 293816.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniu 09.09.2014r.od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Dotyczy parametrów ocenianych igieł (lp.1.1, 1.2, 1.3). Bardzo prosimy, aby Zamawiający wypunktował następujący rodzaj igieł z maksymalną wartością punktową jak wskazane w SIWZ ( punkty: lp. 1.1, lp.1,2, lp.1.3).  
Jednorazowe igły American Medical Systems, znajdujące się na wyposażeniu oferowanego przez nas sytemu są przeprowadzane zgodnie z Państwa specyfikacją „od dołu”. Wykonane są ze stali chirurgicznej, łukowato wygiętej średnicy 4 mm. Są to igły specjalnie skonstruowane przez producenta AMS do bezpiecznego przeprowadzenia przez tkanki pacjentki. Ich 4 mm okrągła średnica ( bez szlif) została specjalnie skonstruowana do metody załonowej „od dołu”.

**Zamawiający odpowiada:**

**Ad.1.** Nie. Zapytany nie wyraża zgody.